Ambu
Ideas that work for life

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS/RT, WSP25, WSP30, 0215M, 0315M, 0415M, 0715M, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 3245D/RT*, 3351/RT*, 3552*, 3552/RT*, 3552UCXL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 5050, 6060, 7841P, CMM/1.
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Kasutusjuhend
Käyttöohjeet
Mode d'emploi
Upute za upotrebu
Használati útmutató
Istruzioni per l'uso
使用説明書
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja użycia
Instruções de utilização
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по применению
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanım talimatları
使用说明

EU Importer:
Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 72 25 20 00
ambu.com

MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.
[AN ISO 13485 COMPANY]
Plot 142A/1 1, 2,7, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India
www.medicoelectrodes.com

EC REP
Medico Electrodes Ltd.
Blvd. Saint-Michel 65/6,
1040 Brussels, Belgium

Made in India

CE

030320 - V03 - 2021/06 - TCC 11087

Ambu
Ideas that work for life

Инструкции за употреба

BG

Електроди за ЕКГ

1.0 Предназначение

Електродите се използват на повърхността на тялото, за да предадат електрическия сигнал от повърхността на тялото към устройство за записване и мониторинг, които създава електрокардиограми или монитори кардиограми.

1.1 Противопоказания

Не са известни.

1.2 Предупреждения и предпазни мерки

Предупреждения

1. Повърхностните електроди трябва да се поставят само върху здравата, чиста кожа (напр. не върху отворени рани, лезии, инфекции или силно изгорени места).
2. Само за одноразова употреба. Повторната употреба на продукта може да причини контаминация, водеща до инфекции.
3. След отстраняване на защитното покритие на електродите то трябва да се изхвърли в специално предназначено кошче за боклук.
4. Не трябва да се използват електроди в среда с кислородно богати условия. Отстранете електрода от пациента преди извършване на изследване чрез МРТ, тъй като това може да доведе до изгаряне на кожата на пациента.

Внимание

1. По време на хирургическите процедури електродите трябва да бъдат поставени възможно най-далеч от електрохирургическата обхват, за да се избегнат евентуални изгаряния на електрокардиографа (ЕКГ) или, ако може да доведе до изгаряне на кожата.
2. Електродите трябва да се използват само от или след консултация с медицинско специалистка, която да добре запознати с правилното им поставяне и употреба.
3. По навсякъде, използвайте или стерилизирайте електродите, тъй като тези продукти може да съдържат вредни остатъци или да бъдат замърсени с патогенни микроби.
4. За да се намали до минимум рискът от раздразнение на кожата, при

1.3 Потенциални нежелани събития

Потенциалните нежелани събития, свързани с използването на електродите, могат да бъдат: алергична реакция, раздразнение на кожата, изгаряния на кожата, инфекции, гнойни или обрязвания на кожата.

1.4 Общи бележки

Ако по време на употреба на това устройство или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган.

2.0 Обяснение на използваните символи

Символи за електродите Ambu White/Blue Sensor	Показване	Символи за електродите Ambu White/Blue Sensor	Показване	Символи за електродите Ambu White/Blue Sensor	Показване
MD	Медицинско устройство		Влажна гел		Ръдна
	Рентгенопрозрачна		Полимер		Пена
	Твърда гел		Приложима част от тип BF за електрическа безопасност		
	Безопасно за ядрено-магнитен резонанс при определени условия. Статично магнитно поле само 1,5 теса и 3 теса. Максимално пространствено градиент от 25 000 гаус/см или 250 тесла/м. Максимална средна специфична степен на поглъщане (SAR) за цяло тяло: 2 W/кг за 15 минути сканиране. *Максимално пространствено градиент на магнитното поле от 12 800 гаус/см или 129 тесла/м.				

3.0 Указания за употреба

- Ако е необходимо, почистете областите на пациента с кожа сапун и вода и подсушете внимателно.
- Ако е необходимо, бръснете косите от приемливо оносимени области, ако е необходимо. Кварцирайте съвсем малко, ако кожата е пъстроневена и твърде висока.
- Правилното поставяне на електродите обикновено се определя от болницата/лекаря или местния протокол/процедури.
- Поставете електродите на чистата, сухата, здравата кожа. Електродите трябва да се докоснат заинтересо от торбичката. Отделете електрода от предпазната лента и го поставете върху кожата. Извадете предпазната лента веднага след отделяне на електродите.
- Когато използвате електроди с конектори, конекторите трябва да се поставят в позиция, при която водещите кабели са насочени в няма и също посока към оборудването.
- Поставете електрода върху кожата с лек натиск около адресираме ред с кръстосо, гладко и стабилно движение.
- Свържете водещия кабел от ЕКГ устройството за мониторинг към електрода.
- При отстраняване на електрода: Внимателно повдигнете лентата или ръба на електрода, докато нагоре и бавно издърпайте електрода от кожата, държейки и притискайки надолу освободената кожа при отстраняването на електрода. Дръжте електрода близо до повърхността на кожата, когато го дърпате назад над самия него. Избягвайте да оставяте електрода под ъгъл 45 градуса, за да избегнете рани от натъртвания и травми.
- Самозалепващите електроди трябва да се заменят, ако вече не прилепват добре към кожата.
- Остатъците от гел могат да се премахнат посредством марлени кърпи или вода.
- Електродите в отворена торбичка може да изсъхнат; така че не отваряйте торбичката, докато не е необходимо.
- Електродите са за одноразова употреба и трябва да се изхвърлят в съответствие с местните болнични процедури.

4.0 Продължителност на приложението (времетраене в часове)

Номер на артикул	Гелообразна система	Адхезивна система	Материал на слоевете	Индикация за ширина	Опции - Приложения	Продължителност на приложението (в часове)
BS-TAB-2300	Твърд гел	Твърд гел	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	1/2
WS	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
WS/RT	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
WSP25	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Деца	В покой/Дългосрочно	48
WSP30	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни/Деца	В покой/Дългосрочно	48
0215M	Твърд гел	Твърд гел	Ag/AgCl	Деца	В покой	1/2
0315M	Твърд гел	Твърд гел	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	1/2
0415M	Твърд гел	Твърд гел	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	1/2
0715M	Твърд гел	Твърд гел	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	1/2
2742	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни/Деца	В покой	24
2742/RT					Дългосрочно**	48
2837	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	1/2
3245D/RT	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	В покой/Дългосрочно	48
3351/RT	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	При натоварване/В покой/ Дългосрочно	48
3552	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	24
3552/RT					Дългосрочно**	48
3552UCXL/RT					В покой/Дългосрочно	48
4200	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
4300	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
4242	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	При натоварване/Дългосрочно	48
4440	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Дългосрочно	48
4500M	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
4500M-H	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
4530	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	24
4535M	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
4540	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	В покой	24
4560M	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Тест при натоварване	24
4570M	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Деца	Краткосрочно	24
4831Q	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни/Деца	Краткосрочно	24
4841P	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
5050	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	При натоварване/Дългосрочно	48
6060	Влажен гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	При натоварване/ инв/Дългосрочно	48
7841P	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Краткосрочно	24
CMM/1	Твърд гел	Акрилен	Ag/AgCl	Въдростни	Дългосрочно.	48