

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ
DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK IN VITRO SE ZNAČKOU CE – Pro profesionální použití ve zdravotnictví

- Diagnostické prostředky in vitro: zkumavky, nádoby na odběr biologického materiálu, Petriho misky, mikrobiologická klička, kelímky na vzorky pro autoanalyzátor. Používejte pouze pro odběr lidských vzorků kromě krve. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určen. Prostředek používejte pouze s vhodným příslušenstvím.
- Používejte ochranné rukavice.
- Neumisťujte prostředek do blízkosti plamene.
- Výrobek nepoužívejte, pokud uplynulo datum expirace, pokud je poškozený nebo pokud je obal otevřený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a z dosahu přímého slunečního záření.
- Výrobek zlikvidujte v souladu s platnou legislativou v nádobě na biologický odpad.
- Před použitím produktu s některými látkami nahlédněte do tabulky s informacemi o odolnosti/kompatibilitě materiálu.
- **Sterilní produkt: sterilita je zaručena až do otevření obalu. Prostředek je sterilizován beta zářením.**
- Prostředek je určen na jedno použití. Opětovné použití prostředku bude mít za následek ztrátu všech funkcí a vlastností.
- Pokud dojde v souvislosti s tímto prostředkem k jakémukoli závažnému incidentu, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu státu, ve kterém pacient pobývá.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022