GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEUTSCH

BETTFÜHRUNGSGÜRTEL

WARNUNGEN

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde.
Erregi sas übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie den Vorfall bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

BESCHREIBUNG

Art 24/07: Rückhaltegurt für Doppelbett aus 100 % Baumwolle. Das Verschlusssystem erfolgt mittels eines Magnetschlüssels. Der Magnetschlüssel wird zum Öffnen der Sicherheitsverschlüsse verwendet, wobei 1 Verschluss dazu dient, den oberen Gurt an der Taille des Patienten zu fixieren. Die beiden anderen Verschlüsse dienen zur Befestigung der Gurte am Bettgestell. Das Gerät wird zur Sicherung von unkooperativen, therapiebedürftigen Patienten verwendet. Es besteht aus zwei Bändern, von denen das innere um die Taille des Patienten gelegt wird, das äußere wird mit Hilfe der Gurte und Sicherheitsverschlüsse am Bettgestell befestigt. **Der Gurt ermöglicht es dem Patienten, in Rücken- und Seitenlage zu liegen.**
Art 24/07/01: Rückhaltegurt für Einzelbett aus 100 % Baumwolle. Das Verschlusssystem erfolgt mittels eines Magnetschlüssels. Der Magnetschlüssel wird zum Öffnen des Sicherheitsverschlusses verwendet, der Verschluss dient dazu, den oberen Gurt an der Taille des Patienten zu befestigen. Das Gerät wird zur Sicherung des unkooperativen, therapiebedürftigen Patienten verwendet. Es besteht aus einem Band, das um die Taille des Patienten gelegt wird, und zwei Gurten mit Hakenverschlüssen, die am Bettgestell befestigt werden. **Der Gurt erlaubt nur die Rückenlage des Patienten**

HINWEISE

Geräte zur Fixierung von bettlägerigen Patienten.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Vorrichtung darf nur von medizinischem und paramedizinischem Personal angewendet werden. Der Gurt sollte nicht am Becken oder Brustkorb verwendet werden. P**rodukte mit magnetischem Verschlusssystem dürfen nicht bei Patienten verwendet werden, denen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, da bei ihnen Tachykardie auftreten kann.** Der Gurt ist dann am Patienten richtig angelegt, wenn eine flache Hand zwischen Patient und Gurt passt. Überprüfen Sie immer, ob die Verschlüsse sicher eingerastet sind; ist dies nicht der Fall, kann die Sicherheit des Patienten gefährdet sein. Wenn sich die Verschlüsse nicht öffnen lassen, können die Gurte mit einem Cutter oder einer Schere durchtrennt werden. Verwenden Sie das Produkt immer mit persönlicher Schutzkleidung. Nicht flammenhemmendes Produkt.

KOMPOSITION

100 % BAUMWOLLE.

WASCHMETHODE

90°			

Achtung: Schlüssel und Verschlüsse vor dem Waschen entfernen, da ihre Funktionstüchtigkeit bei Kontakt mit Flüssigkeiten beeinträchtigt werden kann
Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen der technischen Merkmale des Hilfsmittels bei Nichtbeachtung der Waschanleitung.

DESINFEKTION

Ausschließlich Medizinprodukte verwenden.

AUFBEWAHRUNG

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

REF	Erzeugniscode		Hersteller
LOT	Chargennummer	MD	Medizinprodukt
CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum	LATEX	Ohne Naturkautschuk hergestellt

Entfernen Sie das Etikett NICHT vom Medizinprodukt, da es die Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts ermöglicht (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

REF **24/07/01 (Gima 43185)**
24/07 (Gima 43186)
24/07 (Gima 43187)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY

MD CE

LATEX

M43185-Rev.2-02.24