GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GIMA 43430

Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF **KDB-506**

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CE MD NON STERILE

PRODUKTNAME

Hebe- und Transfervorrichtung

Modellnummer: KDB-506

Gewichtskapazität: 125 Kg.

VERWENDUNGSZWECK:

Die Hebe- und Transfervorrichtung ist für den Transfer von Patienten mit Lähmungen des Unterkörpers, Bein- und Fußbeschwerden oder älteren Menschen aus dem Bett, Rollstuhl, Sitz oder Toilettensitz bestimmt. Dieses Gerät erleichterte die Arbeit des Pflegepersonals erheblich. Sie verbessert die Effizienz der Pflegearbeit und verringert das Pflegerisiko.

INDIKATIONEN

Wird nur für Menschen verwendet.

REINIGUNGSVERFAHREN/PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit warmem Wasser oder Reinigungsalkohol und achten Sie darauf, dass die Rollen frei von Schmutz und Haaren sind. Verwenden Sie keine phenol- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel, da diese die Aluminium- und Polyamidmaterialien beschädigen können.

Um eine mögliche Rostbildung zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Punkte beachten, um die Wartung zu verbessern und die Lebensdauer zu erhöhen:

*Entfernen Sie ätzende Substanzen wie Duschgel, Shampoo usw. jedes Mal nach dem Gebrauch.

*Schieben Sie das Produkt dann an einen belüfteten, trockenen Ort. Das empfiehlt sich auch als gute Gewohnheit nach jedem Gebrauch.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNUNG

Bitte lesen und befolgen Sie die unten aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen, die den Betrieb einfach und störungsfrei machen können.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch

WARNUNG - Wichtige Sicherheitsinformationen zu Gefahren, die zu schweren Verletzungen führen können.

VORSICHT - Informationen zur Vermeidung von Schäden am Produkt.

HINWEIS - Informationen, die besonders beachtet werden sollten.

WARNUNG

*Planen Sie IMMER Ihre Hebevorgänge, bevor Sie sie beginnen.

*Führen Sie IMMER die TÄGLICHE PRÜFLISTE durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

*Machen Sie sich IMMER mit den Bedienelementen und Sicherheitsfunktionen des Geräts vertraut, bevor Sie den Patienten anheben.

*Verwenden Sie KEIN beschädigtes Gerät.

*Installieren Sie das Gerät IMMER gemäß den Anweisungen.

*Überprüfen Sie IMMER, ob die sichere Arbeitslast des Geräts für das Gewicht des Patienten geeignet ist

*Befolgen Sie IMMER die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um das Gerät zu bedienen.

*Heben Sie den Patienten IMMER an, wenn die Lenkrollen arretiert sind. Achten Sie darauf, das Gerät auf den richtigen Schwerpunkt auszurichten.

*Versuchen Sie NICHT, das Gerät durch Drücken gegen den Stellantrieb, den Aufhänger oder den Patienten zu verschieben.

*Bewegen Sie das Gerät IMMER am Schiebegriff.

*Halten Sie den Patienten IMMER in einer möglichst bequemen Position, bevor Sie ihn umlagern.

*Bewegen Sie das beladene Gerät NICHT mit einer Geschwindigkeit von mehr als 3 km/h bzw. 0,8 m/s.

*Fahren Sie NICHT auf unebenem oder rauem Boden. Vor allem, wenn es mit einem Patienten beladen ist.

*Wenden Sie KEINE starke Kraft auf die Sicherheitseinrichtungen an. Alle Bedienelemente sind einfach zu bedienen und erfordern keinen übermäßigen Kraftaufwand.

*Parken Sie das beladene Gerät NICHT an Neigungen.

*Heben Sie den Patienten NICHT an, es sei denn, Sie sind dafür ausgebildet und dazu in der Lage.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Die Transport- und Lagerungsumgebung des Geräts muss wie folgt beschaffen sein:

a) Temperaturbereich: -20°C~+60°C.

b) Die relative Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 % und 80 % liegen

c) Der atmosphärische Druck muss zwischen 70 kPa und 106 kPa liegen.

VERPACKUNG:

Die Packung besteht aus einem Satz in einem Karton.

ENTSORGUNG
Entsorgungsbeschränkungen hängen von der Kontamination während des Gebrauchs ab und werden von den nationalen oder lokalen Vorschriften geregelt.

Alle schweren Vorfälle hinsichtlich des von uns gelieferten Medizinprodukts müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem Sie Ihren Firmensitz haben, gemeldet werden.

ETIKETTEN, VERPACKUNG LOGO-DESIGN:

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt gemäß Verordnung (EU) 2017/745		Medizinisches Gerät
	Hersteller		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Herstellungsdatum		Vor Sonnenlicht schützen
	Chargennummer		Nicht steril
	Warnung: Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen (Warnhinweise) sorgfältig		Produktcode
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung		An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren
	Importiert von		Temperaturgrenzwert
	Feuchtigkeitsgrenzwert		Luftdruck-Grenzwert
	Eindeutiger Bezeichner		

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN
Für das Produkt gilt die 12-monatige Standardgarantie B2B von Gima.