



DA - ENGANGSFILTER VIRAL OG BAKTERIE BRUGSANVISNING

TILSIGTET ANVENDELSE: Designet til at beskytte patienter mod infektion og kontaminering fra udstyr, tilbyder en høj grad af beskyttelse mod bakterier og vira med meget lave niveauer af resistens for at sikre nøjagtigheden af det diagnostiske resultat. Filter bør kun påføres på intakt, ren og sund hud.

PRODUKTIDENTIFIKATION: Identifikationsdata (kode, parti og produktionsdato) er angivet på etiketten på æsken.

- BRUG:
- Træk filteret ud og kontroller, at både enheden og filtreringsmaterialet er intakte. Ellers kasser den og fortsæt med en anden enhed.
 - Indsæt filteret i apparatets sensor uden tryk, og følg altid anvisningerne fra apparatproducenten.
 - Påfør mundstykket i den rigtige side.
 - Genbrug aldrig filteret og mundstykket til andre patienter for at undgå krydskontaminering.
 - Denne enhed er ikke steriliserbar.
 - Brug kun med hjælp fra medicinsk personale.
 - Denne enhed kan ikke bruges til neonatale formål.

BORTSKAFFELSE OG SIKKERHED: Efter brug skal produktet bortskaffes i normale ikke-giftige faste affaldsbeholdere eller i almindeligt hospitalsaffald.

KONTRAINDIKATIONER: Baseret på erfaringer og resultater fra forskellige analyser er der ingen negative virkninger som følge af passende brug af produktet.

BEMÆRKNINGER: Emballage i individuel varmemeforseglet kuvert (enkelt-indpakning) garanterer fravær af bakterier, som regelmæssigt overvåges i henhold til producentens kvalitetssystem.

Manuale d’uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750