

COJÍN CON APLASTAMIENTO CENTRAL DE FIBRA HUECA SILICONADA - CÓDIGO 28552

Dispositivo no invasivo de clase I (directiva 93/42/CEE y D.Lgs. 46/1997 y s.m.i.)



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN: Cojín con aplastamiento central de fibra hueca siliconada. La propiedad principal de la fibra hueca es la capacidad de volver a la forma original aún después de fuertes esfuerzos y aplicación de presión; esto permite, en el tiempo, la conservación de las características de suavidad y elasticidad. Dichas características permiten la distribución equitativa del peso corpóreo evitando la oclusión venosa que es la causa de aparición de las úlceras de decúbito. El aplastamiento central estabiliza la fibra y aumenta el confort.

COMPOSICIÓN: ● Exterior: tejido de algodón 100 %. ● Interior: fibra hueca de poliéster siliconada.

INDICACIONES: Prevención de las úlceras de decúbito.

ADVERTENCIAS: A pesar de la facilidad de uso del dispositivo se recomienda el uso por parte de personal médico y paramédico adecuadamente formado.

PRECAUCIONES: Con respecto a la reacción al fuego, el dispositivo no es ignífugo

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: La empresa **GIMA S.p.A. DECLARA** que el presente dispositivo no invasivo de clase I está en conformidad con la Directiva Europea 93/42/CEE concerniente a los dispositivos médicos (acatada por el Estado italiano con D.Lgs. 46 del 24 de Febrero de 1997 y s.m.i.).

USO: El cojín antidecúbito se debe colocar sobre sillas de ruedas y otros soportes de asiento rígido para prevenir las úlceras de decúbito. Se recomienda acomodar y levantar al paciente siempre con la máxima precaución y delicadeza.

MANTENIMIENTO: El dispositivo se puede lavar con lavado delicado y jabones neutros a 30/40°C, también se puede realizar un lavado a seco con percloroetileno, en cambio no se recomienda el blanqueo. Se recomienda no planchar.

Con respecto al envejecimiento de los dispositivos no se señalan particulares fenómenos, sino sólo el desgaste normal debido al uso en el tiempo. El correcto uso y los lavados delicados del dispositivo pueden determinar un tiempo de vida útil más largo.

La Empresa fabricante no responde por eventuales variaciones de las características técnicas del dispositivo en caso de incumplimiento de las modalidades de lavado.



DISINFECCIÓN: Utilizar productos desinfectantes con instrumental médico quirúrgico.

CONSERVACIÓN: Conservar preferiblemente en posición horizontal, bajo la protección de fuentes de luz, calor y humedad.

ELIMINACIÓN: Los dispositivos se pueden considerar como desechos no peligrosos y por lo tanto se pueden eliminar de manera ordinaria.

La Empresa GIMA S.p.a. no asume ninguna responsabilidad por daños a personas o a cosas causadas por un comportamiento incorrecto o por el uso inadecuado del dispositivo.

Eventuales sugerencias relativas al producto se pueden comunicar a nuestra empresa, estas serán sin duda recibidas, si pueden aportar una considerable mejora.



Producido por: **GIMA S.p.A. - Vía Marconi, 1 - Gessate (MI) - Italia - www.gimaitaly.com**

REF

28552