



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE**  
**SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ**  
**FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK**

---

**GIMA 29544**


**REF B01**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/  
Importado por/ Εισάγεται από/ Geimporteerd door/  
Importowane przez/ Importat de/ Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### **Uso previsto:**

- Este producto funciona de acuerdo con el ajuste de la hebilla en el cinturón para fijar el transductor fetal.

### **Instrucciones del producto:**

- Nombre del producto: Cinturón transductor fetal desechable.
- Estructura del producto: Se compone de cinturón elástico y hebilla.

### **Gama del producto:**

- Se utiliza el transductor fetal durante el embarazo en la monitorización fetal para fijar el transductor fetal.

### **Condiciones del uso:**

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 70kpa ~106kpa

### **Paquete y almacenamiento:**

- El cinturón fetal desechable se debe empaquetar individualmente, y el producto empaquetado debe almacenarse en una sala de gas no corrosivo y con buena ventilación.

### **Entorno de tienda es siguiente:**

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Humedad relativa: ≤80%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

### **Instalaciones/uso:**

- Fije un lado del cinturón al transductor enganchando uno de los agujeros del cinturón sobre el botón en la parte superior del

- Manteniendo el transductor en su posición,

tense el otro lado del cinturón y colóquelo sobre el botón, asegurándose de tener suficiente tensión para mantener el transductor de firme con el abdomen.

- Evite apretar demasiado ya que esto causará molestias innecesarias al paciente.

### **Limpio del producto:**

- Lave el cinturón con agua templado, no frote el borde del cinturón fetal para evitar quitarlo, no lo exponga.

### **Período de validez:**

- Período de validez: 2 años.

### **Reemplazo y abandono:**

- Reemplazo: en estas situaciones como fractura, daño elástico, fecha de vencimiento, por favor cambie el nuevo cinturón fetal para usar.
- Abandono: El cinturón abandonado puede procesarse como un desecho normal.

### **Contraindicaciones, precauciones, advertencias y declaraciones de precaución:**

- Contraindicaciones: Los cinturones no deben fijarse en el lugar de la lesión.
- Si tiene alergia a spandex, deje de usar.
- Declaraciones de precaución: este producto es solo uso para evitar infecciones cruzadas. Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

