PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CULLA NEONATALE
NEONATAL CRIB
BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ
CUNA PARA RECIÉN NACIDOS

MANUALE D'USO - USER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI - MANUAL DEL USUARIO

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado..

REF **43500**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

MD

M43500-M-Rev.4-10.21

INTRODUCCIÓN

A efectos de el reglamento (UE) 2017/745, el producto entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I. Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

DESCRIPCIÓN

La cuna para recién nacidos está destinada al uso en hospitales, dentro de las secciones de neonatología, guardería y obstetricia. Se usa para acoger a los recién nacidos durante toda la estancia en el hospital y para facilitar los desplazamientos por las secciones.
Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.
La cuna para recién nacidos está compuesta por el alojamiento en policarbonato transparente provisto de insertos en la base para variar la inclinación de la misma. El carro inferior ha sido realizado con un tubular de acero y está provisto de 4 ruedas giratorias de los cuales 2 de freno independiente.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y EL USO

Componentes

El carro de la cuna se entrega completamente desmontado, con accesorios para el montaje. El carro está formado por los siguientes componentes:

1. Patas con Ruedas traseras provistas de freno

2. Patas con Ruedas inferiores

3. Soporte para Cuna



4. Cuna en policarbonato

5. Colchón con forro

Tornillos para fijación:

- N. 6 TORNILLOS TBE 6x35
- N. 2 TORNILLOS TBE 6x15
- N. 8 arandelas

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

Introducir el par de patas traseras provistas de freno (1) una cada vez, enganchándolas en la estructura inferior provista de ruedas (2). Fijar las piezas mediante los 2 tornillos TBE 6x15 con las arandelas relativas (A).

Posteriormente fijar mediante 2 TORNILLOS TBE 6x35 con las arandelas relativas (B).



Coger el soporte para cuna (3) y bloquearlo mediante los 4 tornillos TBE 6x35 con las otras arandelas restantes. Asegurarse de apretar correctamente todos los puntos de montaje.

En este punto, el carro de soporte de la cuna está completamente montado. Introducir la cuna en policarbonato (4) y completarla con el colchón y el forro relativo (5).

ADVERTENCIAS PARA UNA CORRECTA MANIPULACIÓN

Posición normal

Posición inclinada

FICHA TÉCNICA

Medidas	Colchón 63x37x5.5cm Carro con cuna 87x52.5x90h cm Cuna 84.5x52x32.5h cm Caja 91x53x47.5cm
Peso	15 kg – 16,5 kg con caja
Capacidad máxima	10 kg

ADVERTENCIA DE USO Y MANTENIMIENTO

- *Utilizar el dispositivo médico exclusivamente para el alojamiento de recién nacidos en los primeros días de vida.*
- *Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.*
- *Prestar la máxima atención durante los desplazamientos del recién nacido dentro de la sección. Antes de desplazar la cuna, asegurarse de que no haya ruedas frenadas.*
- *Compruebe que la base esté estable una vez que se haya colocado en su alojamiento.* ***No empuje contra la base interna, sino que utilice la estructura metálica, no levante la base interna, lo que podría provocar un vuelco.***
- *Evitar el contacto directo con heridas abiertas.*
- *Tumbar al paciente sólo cuando la cuna esté colocada de manera horizontal.*
- *Tumbar al paciente sobre la cama sólo después de haber provisto a la cuna con un colchón idóneo.*
- *No utilizar colchones rígidos (se recomienda el uso de colchones adecuados para cunas de recién nacidos).*
- *Se prohíbe el uso en ambientes abiertos.*
- *Para una mejor conservación se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos y el depósito en ambientes muy húmedos.*
- *Siempre revise antes de usar que todos los componentes estén intactos y no tengan defectos o daños.*
- *Comprobar que las tuercas de bloqueo del carro inferior estén bien apretadas. Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.*
- *Limpiar la cuna sin utilizar productos abrasivos ni disolventes. Secar con cuidado. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.*
- *Utilizar sólo recambios originales..*

	Conservar al amparo de la luz solar	CE	*Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745*
REF	*Código producto*		*Consultar las instrucciones de uso*
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente	LOT	*Número de lote*
	Conservar en un lugar fresco y seco		*Fabricante*
MD	*Producto sanitario*		*Fecha de fabricación*

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.