

FI ASENNUS- JA KÄYTTÖMENETELMÄ

1. PUHDISTA JA KUIVAA PINTA, KUN SE ON TARKOITETTU MATON ASETTAMISEEN

2. POISTA ALEMPAA LÄPINÄKYVÄÄ SUOJUSTA

HUOMAUTUS: *ALAISEN SUOJAIMEN POISTAMISEN VAROITAMISEN VAROITUS, ETTÄ ÄLÄ POISTA VALKOISTA / SINISTÄ LIITTYVÄT LASKIA, JOTKA MATO ON KIINNITETTÄVÄ LATTIAAN*

3. LIITÄ MATKELU LATTIALAAN

4. POISTA LÄPINÄKYVÄ YLEMPI SUOJUS

5. POISTA LIIMATIEDOSTOT ASTEITTAIN KÄYTÖSTÄ

VAROITUKSET

- EI SOVELLU ULKONA OLEVAAN YMPÄRISTÖÖN
- ASENNA VAIN VAIN SMALLISIIN JA PINNOIDEN PUOLIIN
- VÄLTÄMÄT MATKAN PINNAN KÄTÄMISTÄ JA SIIRTÄMINEN
- MYÖS SOLEILLA
- KULJETUS JA VARASTOINTI ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSA ÄLÄ KÄÄNNÄ PAKKAUSTA
- VARASTOINTI KUIVASSA PAIKALLA SAAVASTA JA SUORISTA AURINGONSÄTEILTÄ SUOJAAVIA VAHVOJA LÄMPÖLÄHTEITÄ
- HÄVITTÄMINEN MAKSUAINEITA KOSKEVIEN KANSALLISTEN LAKIEN JA SÄÄNTÖJEN (MAINEN TIHEYSPOLYTEENI)

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto FI Tuotekoodi
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote FI Eränumero
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco FI Säilytä kuivassa ja viileässä
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar FI Säilytä auringonvalolta suojassa
	IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante FI Valmistaja
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico FI Valmistuspäivämäärä
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FI Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745

	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FI Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti
	IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable PT Dispositivo descartável, não reutilizar FI Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen
	IT Data di scadenza GB Expiration date FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad PT Data de validade FI Viimeinen voimassaolopäivä
	IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario PT Dispositivo médico FI Lääkinnällinen laite
	IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril FI Ei-steriili
	IT Identificativo unico GB Unique identifier FR Identifiant unique ES Identificador único PT Identificador exclusivo FI Ainutlaatuinen tunnistie

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.