GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**50g/m²**

# BLOUSE SMMS STANDARD JETABLE

## FRANÇAIS

**Nom de produit** Blouse SMMS standard jetable
**Code produit** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL
**Taille du produit** Unité : cm

| CODE GIMA | **21047** | **21048** | **21049** |
|---|---|---|---|
| CODE FULL GUARD | FGS-SG-SM50-L | FGS-SG-SM50-XL | FGS-SG-SM50-XXL |
| Tailles | 120x150 (L) | 130x150 (XL) | 140x160 (XXL) |
| Longueur (Épaule à ourlet) | 120 | 130 | 130 |
| Largeur (monocouche) | 150 | 150 | 150 |
| Longueur de ceinture | 65 | 65 | 65 |
| Manche longue | 59 | 59 | 59 |
| Écart | ±2 | ±2 | ±2 |

**Modèle produit** Type de blouse. L/XL/XXL
**Structure et composition** Le produit utilise un tissu non tissé SMMS 50g. Ce produit est composé d'un devant, d'un dos, d'une manche, de liens et d'une manchette. Le processus technologique est le suivant : découpe, soudure par ultrasons, attachement, velcro, manchette, pliage, scellage.
**Utilisation prévue** Ces articles sont stérilisés par la méthode EO et sont utilisés comme barrière contre la pénétration des liquides et des microbes entre le patient et la salle d'opération, les autres dispositifs chirurgicaux et le personnel de la salle d'opération.

**Contre-indication** Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.
**Comment utiliser le produit** Ouvrir l'emballage et sortir le produit, secouer doucement la blouse, soulever les côtés du col, insérer les mains dans les manches, étendre les bras vers l'avant et attacher les ceintures.
**Stockage** Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

⚠ **Mise en garde**
1. Ce produit est un produit jetable, ne pas réutiliser.
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
3. Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les produits sont endommagés.

**Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.**

**Validité** 2 ans.
**Date de production** Voir la date sur l'emballage
**Date de péremption** Voir la date sur l'emballage

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF | Code produit | | Á conserver à l'abri de la lumière du soleil | | Á conserver dans un endroit frais et sec |
| LOT | Numéro de lot | CE | Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 | | Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) |
| | Fabricant | | Date de fabrication | MD | Dispositif médical |
| STERILE EO | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène | | Date d'échéance | | Ne pas utiliser si le colis est endommagé |
| % | Limite d'humidité | | Consulter les instructions d'utilisation | | Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser |
| | Limite de température | EC REP | Représentant autorisé dans la Communauté européenne | | Fragile, manipulez avec soin |
| | Ce côté vers le haut | | Manipulez avec soin | | |