

ELECTRIC LICE COMB PEIGNE À PUCES ÉLECTRIQUE

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.




Fig.1

Fig.2

UTILISATION PRÉVUE

L'élimination des poux et de leurs œufs (lentes) des poils.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION EFFICACE

- A utiliser uniquement sur une chevelure sèche.
- Assurez-vous que le peigne électrique n'est pas humide ou mouillé pendant l'utilisation.
- Nous vous recommandons d'utiliser un traitement répulsif (crème shampooing, etc.) après avoir utilisé le peigne électrique, afin d'éviter une nouvelle infestation.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

Nous recommandons de suivre ces instructions et de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- L'utilisation d'un peigne à poux électrique est contre-indiquée dans les cas suivants :
- Ne l'utilisez jamais sur les porteurs de stimulateurs cardiaques.
- Ne l'utilisez pas chez les personnes atteintes d'épilepsie ou de maladies cardiaques.
- Ne l'utilisez pas sur les cheveux humides ou mouillés.
- Ne laissez pas le peigne à la portée des enfants.
- N'utilisez jamais le peigne sur un autre membre de la famille le désinfecter au préalable.
- Désinfectez le peigne électrique et ses dents après chaque utilisation avec un chiffon imbibé d'une solution d'alcool à 70 % (retirez la pile lors du nettoyage du peigne électronique). Attendez qu'il soit complètement sec avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas le peigne si les dents sont déformées, pour ne pas provoquer un court-circuit dans le peigne.
- Utilisez le peigne électrique uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu, comme décrit dans le mode d'emploi.
- Remplacez le couvercle de protection après chaque utilisation afin de protéger les dents.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, nous recommandons de lire ce guide d'utilisation très attentivement et de respecter les instructions suivantes.

- Utilisez l'appareil uniquement comme prévu, conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Ce dispositif électrique n'est pas un jouet, évitez de le laisser à la portée des enfants.
- L'enfant qui a moins de 3 ans, n'est pas adapté à cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent cet appareil électrique.
- Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil, si vous êtes porteur de stimulateur cardiaque, de membres artificiels ou de tout autre implant électronique.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone portable, d'un four à micro-ondes ou d'un téléviseur (à plus d'1 mètre).
- Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant d'épilepsie ou de maladies cardiaques.

- N'utilisez pas cet appareil sur des cheveux humides, ni sur des tresses ou des nœuds défaits.
- Évitez les peaux blessées, fissurées ou sèches, ou le contact direct avec vos oreilles, vos yeux et votre bouche.
- Évitez l'exposition directe au soleil et à toute surface chaude
- Tenir l'appareil à l'abri de l'humidité, ou de tout liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le peigne est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été immergé dans un liquide
- Prévenez tout accident ou dommages à l'appareil en le tenant à l'écart des vêtements, des poils, des fils, des ficelles, des lacs, des fils, etc.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez la batterie si vous n'envisagez pas d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée

INTRODUCTION

Le peigne électrique pour poux nu-beca est une option viable à prendre en compte pour éradiquer les poux de tête pour qu'ils cessent de se propager dans les cheveux et le cuir chevelu des membres de votre famille. Ce n'est certainement pas un secret qu'une infestation de poux peut rendre la vie difficile à tous les membres du foyer, mais grâce à la technologie moderne – un peigne à poux électrique, le processus pour se débarrasser de ces parasites peut être un peu plus facile.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES FOURNIS (Fig. 1)

1. Interrupteur marche/arrêt (bouton-poussoir)
2. Housse de protection
3. Dents électriques
4. Brosse de nettoyage
5. Compartiment à piles
6. Lumière LED

INSTALLATION DES BATTERIES

Ouvrez le meilleur couvercle en soulevant le point «5». Insérez une pile AAA. Respectez la polarité (+/-) de la pile comme indiqué sur la pile et sur le compartiment à pile. Une erreur de polarité peut endommager votre appareil et compromettre la garantie.

FONCTIONNEMENT (Fig. 2)

1. Appuyez sur le bouton de marche / arrêt «1» pendant deux secondes pour faire fonctionner l'appareil. La lampe-témoin LED s'allumera, la sonnerie retentira pendant trois secondes pour indiquer le fonctionnement.
2. Posez l'appareil comme un peigne normal. Veillez à utiliser l'appareil sur des cheveux secs. Défaites les nœuds ou les tresses avant d'utiliser l'appareil.
3. Pendant le fonctionnement de l'appareil, la LED s'allume et le buzzer émet un bip toutes les trois secondes.
4. Le buzzer émet un bip court et rapide, trois fois par seconde, dès que les dents entrent en contact avec un pou ou un œuf.
 - 4-1. La tension des dents éteindra l'intrus.
 - 4-2. Lorsqu'il détecte une faible tension de la batterie, il s'éteint automatiquement après 7 bips courts et un clignotement de la LED.
 - 4-3. Il s'éteint automatiquement s'il reste inactif pendant plus de 3 minutes.
 - 4-4. Veillez à bien nettoyer le peigne à l'aide de la brosse de nettoyage après chaque utilisation et à remettre le peigne en marche en permanence.
5. Après chaque utilisation, n'oubliez pas d'éteindre l'appareil et de nettoyer soigneusement le peigne avec la brosse de nettoyage, gardez le capuchon de protection «2» sur l'appareil pendant le stockage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Retirez les piles avant de nettoyer le dispositif.
2. Évitez d'utiliser des détergents liquides et puissants pour nettoyer l'appareil.
3. Pour le boîtier, utilisez un papier ou un chiffon doux et sec pour le nettoyer. Pour les dents, utilisez l'accessoire de la brosse de nettoyage pour enlever les bouchons.
4. Veillez à ne pas faire pénétrer de l'eau dans l'appareil pendant le nettoyage et ç ne jamais l'immerger dans l'eau.
5. Le lieu de stockage doit être dans un endroit propre, sec, frais et ventilé.
6. Toute exposition directe au soleil endommage l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	24405
Alimentation électrique	Pile AAA x 1
Tension d'exportation	100-250 V
Durée de vie des piles	Huit heures d'utilisation continue
Arrêt automatique	Oui
Dimension	10,36 X 7,57x2,66 cm
Poids	1000 (Pile incluse)
Certificat	CE, RoHS

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Température -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité < 95% (sans condensation)
Pression atmosphérique 525 mmHg à 795 mmHg (700 à 1 060 hPa)

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Température 5°C à 40°C (41°F à 104°F)
Humidité < 95% (sans condensation)
Pression atmosphérique 525 mmHg à 795 mmHg (700 à 1 060 hPa)

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

1. Veuillez jeter le produit et la batterie séparément.
2. Le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
3. Veuillez respecter les réglementations locales en matière de déchets, de recyclage et d'élimination des piles.

INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES

	Suivez les instructions d'utilisation		Disposition DEEE
	Limite d'humidité		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Limite de température
	Limite de la pression atmosphérique		Date de fabrication
	Code produit		Fabricant
	Numéro de lot		Recycler
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Dispositif médical

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic emissions		
The 24405 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 24405 should assure that it is used in such an environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment-guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The 24405 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The 24405 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations /flicker emissions IEC 61000-3-3	Compliance	

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The 24405 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 24405 should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%
Electrical fast transient/ burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines Not applicable	Mains power quality should be that of a typical home healthcare environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	±1kV differential mode Not applicable	Mains power quality should be that of a typical home healthcare environment.
Voltage Dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycle 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycle <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5 s	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycle 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycle <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5 s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the 24405 requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the 24405 be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50, 60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	The 24405 power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical home healthcare environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The 24405 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 24405 should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz – 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the 24405 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2.5 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,5 GHz	3 V/m	

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Recommended separation distance between portable and mobile RF communications equipment and the 24405			
The 24405 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the 24405 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the 24405 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

REF EL-1003 (Gima 24405)

Biocare Asia Co., LTD,
No. 260, Mayun Road,
New District Suzhou, Jiangsu, 215129
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Imported by / Importé par:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

