



G I M M A

Bouillotte bilamellaire

Mode d'emploi

Pour en assurer une durée de vie prolongée, nous conseillons de suivre les instructions suivantes. Ne pas utiliser de l'eau bouillante et ne remplir la bouillotte qu'à ses $\frac{3}{4}$. Avant de la fermer avec le bouchon, faire sortir la vapeur. Sécher la bouillotte et la conserver à l'écart des sources de chaleur. Durée de conservation 3 ans

Indication pour l'utilisation en sécurité de la bouillotte.

Remplir avec de l'eau à une température maximale ne dépassant pas 45 degrés - Éviter de comprimer la bouillotte pendant l'utilisation - La bouillotte doit être conservée à une température comprise entre 10 et 27 degrés Celsius - Avant toute utilisation, toujours contrôler l'état général du caoutchouc, le bon vissage du bouchon et l'étanchéité générale. Éviter de laisser la poche directement au contact de la peau, mais l'introduire dans une enveloppe en tissu. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Producto sanitario
Dispositivo médico

REF 28601 **LOT 000011**



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China



S09293
Size 22x44,5 cm