

**SEDIA COMODA E DOCCIA  
COMMUNE AND SHOWER CHAIR  
CHAISE D'AISSANCE ET DE DOUCHE  
SILLA WC Y DUCHA  
CÓMODA E CADEIRA DE DUCHE  
KOMMODE UND DUSCHSTUHL  
KOMMOD OCH DUSCHSTOL  
ΚΟΜΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΤΟΥΣ**

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.


Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**REF** HE10635081 (Gima 43193)



**HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD**  
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei  
Province,China  
Made in China



**Y.Sung Handelsvertretung**  
Dusselthaler Str. 24, 40211  
Dusseldorf Germany



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



HE10678103

## CHAISE PERCÉE DE LEVAGE EN ALUMINIUM

Pièces du produit



1. Dossier
2. Accoudoir
3. Siège PU
4. Tube du pied
5. Pointe

### Consignes de sécurité

- Lire attentivement ces instructions d'utilisation.
- Tous les composants doivent être vérifiés afin de détecter tout dommage et de s'assurer qu'ils sont bien montés avant l'utilisation.
- Approuvé pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Les vêtements ou les parties du corps peuvent être pincés lorsque vous vous asseyez, vous levez, insérez le seau des toilettes, ainsi que lorsque vous soulevez les accoudoirs et les verrouillez.
- Si vous devez franchir des seuils, faites-le lentement et prudemment car les roues pourraient être endommagées !
- Lorsque vous utilisez une chaise d'aisance avec roues, utilisez toujours les freins de stationnement.
- Lors du transfert dans/hors de la chaise d'aisance avec roues, les repose-pieds doivent être pivotés pour ne pas gêner.
- Ne jamais utiliser les repose-pieds comme base pour se lever - la chaise pourrait basculer !
- Empêcher toute utilisation non autorisée, par exemple par des enfants.
- Tenir compte du poids maximum autorisé de l'utilisateur.

- Ces informations se trouvent dans les données techniques de ce mode d'emploi ainsi que sur la plaque signalétique.

### Montage

#### Étape 1

**Fixer le dossier au cadre en appuyant sur les boutons poussoirs et en faisant glisser les tubes du dossier dans les tubes situés de chaque côté et à l'arrière du siège.**





### Étape 2

Fixer les pieds au cadre en enfonçant les boutons-poussoirs dans les tubes situés de chaque côté des pieds.

S'assurer que le bouton-poussoir « s'enclenche » correctement dans les trous et qu'il est stable et ajusté de la même manière.

### Caractéristiques techniques

<b>Produit</b>	CHAISE PERCÉE DE LEVAGE EN ALUMINIUM
<b>numéro du produit</b>	HE10635081
<b>Capacité de poids (lbs/kg)</b>	300 lbs/ 136 kg
<b>Dimension du produit (mm) L x l x H</b>	(521-558)×(692-730)×(850-955) mm
<b>Poids du produit (lbs/kg)</b>	7,1 kg
<b>Matériau du dossier</b>	PU
<b>Matériau du siège</b>	PU
<b>Matériau du coussinet de bras</b>	Mousse d'éthylène et d'acétate de vinyle
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium
<b>Couleur du cadre</b>	Silver
<b>Quantité dans emballage (pièces)</b>	1
<b>Poids de l'article avec l'emballage (lbs/kg)</b>	8,0 kg
<b>Dimension du carton L x l x H</b>	645*585*395 mm

### Symboles

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver dans un endroit frais et sec
	Fabricant		Date de fabrication
	Numéro de lot		Code produit
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Dispositif médical		Consulter les instructions d'utilisation
	Numéro de série		Importé par

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi