



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το επιτοίχιο αναστημόμετρο GIMA (κωδ. 27335) είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ύψους ενός ατόμου σε εκατοστά.

Το επιτοίχιο αναστημόμετρο τοποθετείται στον τοίχο, μπορεί να μετρήσει ύψος έως 2 μέτρα, δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη μέτρηση του αναστήματος και δεν πιάνει χώρο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



Μην τραβάτε απότομα τον δείκτη, διότι ενδέχεται να σπάσει η βαθμονομημένη ταινία.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εντοπίσετε κάποια ζημιά. Απευθυνθείτε στον πωλητή σας.

Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στις περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται για την κανονική χρήση και επομένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να τοποθετείται σε κλειστό χώρο, αποφεύγοντας την έκθεση στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και θα πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής. Επίσης συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε χώρο που είναι εύκολα προσβάσιμος από τους χρήστες σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Λάβετε υπόψη ότι, εάν δεν χειρίζεστε τα μέρη της συσκευασίας προσεκτικά (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικά στοιχεία, κολλητική ταινία, κτλ.), μπορεί να κοπείτε καυή να τραυματιστείτε.

Αυτά πρέπει να αφαιρούνται με κατάλληλα εργαλεία και να φυλάσσονται μακριά από άτομα που δεν είναι υπεύθυνα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των συσκευασιών (ψαλίδια, μαχαιρία, κτλ.).

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να εκτελείται μετά την απομάκρυνση των συσκευασιών, είναι ο γενικός έλεγχος των εξαρτημάτων και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το προϊόν. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέρη και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για τη συναρμολόγηση του επιτοίχιου αναστημόμετρου θα πρέπει να τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω στον τοίχο, σε ύψος ακριβώς 2 μέτρων από το επίπεδο του δαπέδου και, κρατώντας σταθερά το προϊόν, να στερεώσετε το πλακίδιο με τα ειδικά ούπα. Σε αυτό το σημείο το επιτοίχιο αναστημόμετρο είναι έτοιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τη μέτρηση του αναστήματος αρκεί να πιάσετε τον δείκτη με το ένα χέρι και να τον τραβήξετε προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει στο κεφάλι του ατόμου που υποβάλλεται στη μέτρηση και έπειτα να διαβάσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κόκκινη γραμμή στο ειδικό παραθυράκι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός του οργάνου συνιστάται να γίνεται με ήπιο καθαριστικό.



Για την εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου υγιεινής συνιστάται να καθαρίζετε τον δείκτη με απολυμαντικό σε κάθε χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	Κωδικός προϊόντος		Αριθμός παρτίδας
	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		Παραγωγός
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE