Ambu
Ideas that work for life

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS/RT, WSP25, WSP30, 0215M, 0415M, 0715M, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 3245D/RT*, 3351/RT*, 3552*, 3552/RT*, 3552DUAL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 5055, 6060, 7841P, CMM/1.
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Kasutusjuhend
Käyttöohjeet
Mode d'emploi
Upute za upotrebu
Használati útmutató
Istruzioni per l'uso
使用説明書
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja użycia
Instruções de utilização
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по применению
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanım talimatları
使用说明

EU Importer:
Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel: +45 72 25 20 00
ambu.com

MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.
(AN ISO13485 COMPANY)
Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India
www.medicoelectrodes.com

EC REP
Medico Electrodes Ltd.
Blvd. Saint-Michel 65/6,
1040 Brussels, Belgium

Made in India

CE

030320 - V03 - 2021/06 - TCC 11087

Ambu
Ideas that work for life

** Druckknopfstecker
Ambu® ist eine eingetragene Marke der Ambu A/S, Dänemark

Használati útmutató

HU

EKG-elektródák

1.0. Felhasználási terület

Az elektródák a test felületére kell helyezni, ahonnan elektromos jeleket továbbít az elektro- vagy vektorkardiogramot készítő rögzítő- és monitorozóeszközhöz.

1.1. Ellenjavallatok

Nem ismeretesek.

1.2. Figyelmeztetések és óvintézkedések

Figyelmeztetések

1. A fémből elektródák kizárólag egy tiszta bőrre helyezhetők fel úgy, nem szabad nyílt sebre, érsebészeti feltárt vagy gyulladt területre helyezni őket.
2. Kizárólag egyszeri használatra. A termék újbóli felhasználása szennyeződést okozhat, ami fertőzéshez vezethet.

Óvintézkedések

1. Sebészeti beavatkozások során az elektródákat a lehető legtávolabb kell helyezni az elektromos beavatkozást végzőktől a nemkívánatos égési sérülések kockázatának minimalizálása érdekében, amely a bőr egész vastagságát okozhatja.
2. Az elektródákat kizárólag a helyes felhasználásukat és használatukat ismerő egészségügyi szakember használhatja, illetve ilyen szakember felügyelete használhatják.
3. Ne játssza, illítse vagy cserélgesse az elektródákat, mert így káros anyagok merülhetnek elszja, vagy megbibásodhatnak az elektródák. A biztonsági kockázatunk minimalizálása érdekében az elektródák

1.3. Lehetséges nemkívánatos események

A bőrben elektródák használatával kapcsolatos lehetséges nemkívánatos események olyan bőrreakciók, mint a bőr égési sérülése, bőrpír, viszketés és ajzó bőrkiütések.

1.4. Általános megjegyzések

Amennyiben az erősítő használata során vagy annak következtében súlyos incidens történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.

2.0. A használt szimbólumok ismertetése

Az Ambu White Sensor elektródák csomagolásán szerepelhetnek	Jelentés	Az Ambu White Sensor elektródákon szerepelhetnek	Jelentés	Az Ambu White Sensor elektródákon szerepelhetnek	Jelentés
MD	Orvostechnikai eszköz		Nedves gél		Textil vezőanyag
	Ismerjük a röntgensugarakat		Polimer vezőanyag		Háló
	Szilárd gél		Az alkalmazott alkatrész a BF típusú elektromos biztonsági osztályba tartozik.		
	MR biztonságos: A szabályos eszköznek csak 1,5 és 3 teslás telher. A magneses mező maximális tengelyértéke 25 000 gauss/cm vagy 250 mesla/m. Maximális egész test átlagolt fajlagos abszorpciós behatolt (SAR) 2 W/kg, 15 perces vizsgálat során. A maximum szintű maximális tengelyértéke 12 000 gauss/cm vagy 120 mesla/m.				

3.0. Használati utasítás

- Ha szükséges, a felhelyezési területeket borotválja meg enyhe borotválkozás esetén a jó tapadás szükséges meg.
- Csak fértelmek számára nincs szükséges, bontsvlja le a szőr csak szőrnyírt borotvát testünket. Ha a bőr ellenállása túl nagy, csak finoman dörzsölje.
- Az elektródák megfelelő elhelyezési módját rendszerint a kórház/orvos és/vagy a helyi eljárások/eljárások határozzák meg. A védőlapokat és kisütőgélteket lehetnek, az elektródákat óvatosan kell kivenni a tasakjukból. Húzza le az elektródát a védőlapról. Ne érintse meg a vezőlapot szennel dolgja is az elektródák elhasználja szám. Csatlakozóval rendelkező elektródák használata esetén a csatlakozót úgy kell fordítani, hogy a huzalkivezetések azonos irányban húzódjanak a berendezés felé.
- Helyezze az elektródát a bőrre, kerkítés és halszopott, de finom mozgatásával tegyenna bőrére a tapadó pannonia.
- Csatlakoztassa az EKG-monitorozóeszközt a huzalkivezetéssel az elektródákhoz.
- Az elektródák eltávolítása: Óvatosan emelje fel az elektródát fülét vagy szélét, tartsa meg az alacsony profilt, és lassan húzza le a bőrről az elektródát. Az elektródák eltávolítása közben tartsa és támasszuk meg a védtelen bőrt. Vízszintesszúkszor az elektródát tartsa kézel a bőr felületéhez. A mechanikai serülés kockázatának csökkentése érdekében az elektródát ne 45 fokos szögben távolítsa el.
- Ne próbálja meg az elektródákat le kell cserélni, ha már nem tapadnak szennan a bőrre.
- A gél maradéka papírtörlővel vagy vízzel távolítható el.
- Nyitott csomagolásban az elektródá kiszáradhat, ezért annig nem szükséges, ne nyissa ki a csomagolást.
- Az elektródák eldobhatók, az érvényes előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani őket.

4.0. Az alkalmazás időtartama (óra)

Cikkszám	Szilárd vezőanyag	Nagyszerű vezőanyag	Érzékelő anyaga	Bőrtag típusa	Opciók - alkalmazás	Az alkalmazás időtartama (óra)
BS-TAB-2300	Szilárd gél	Szilárd gél	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	1/2
WS	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
WS/RT	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
WSP25	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Gyermekek	Nyugalom/hosszú tár	48
WSP30	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek/gyermekek	Nyugalom/hosszú tár	48
0215M	Szilárd gél	Szilárd gél	Ag/AgCl	Gyermekek	Nyugalom	1/2
0315M	Szilárd gél	Szilárd gél	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	1/2
0415M	Szilárd gél	Szilárd gél	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	1/2
0715M	Szilárd gél	Szilárd gél	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	1/2
2742	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek/gyermekek	Nyugalom	24
2742/RT					Hosszú tár**	48
2837	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	1/2
3245D/RT	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom/hosszú tár	48
3351/RT	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Terhelés/nyugalom/ mozgásosszú	48
3552 3552/RT	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	24
					Hosszú tár**	48
3552DUAL/RT					Nyugalom/hosszú tár	48
4200	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
4300	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
4242	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Terhelés/hosszú tár	48
4440	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Hosszú tár	48
4500M	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
4500M-H	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
4530	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	24
4535M	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
4540	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Nyugalom	24
4560M	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Terhelési teszt	24
4570M	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Gyermekek	Rövid tár	24
4831Q	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek/gyermekek	Rövid tár	24
4841P	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
5055	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Terhelés/hosszú tár	48
6060	Nedves gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Terhelés/hosszú tár	48
7841P	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Rövid tár	24
CMM/1	Szilárd gél	Akril	Ag/AgCl	Felnőttek	Hosszú tár	48

** Patentes csatlakozó
Az **Ambu®** az Ambu A/S Dániai bejegyzett védjegye