

CV2S2000



MANUALE DI UTILIZZO	5
USER MANUAL	11
MANUAL DE USO	17
NOTICE D'UTILISATION	23
BENUTZERHANDBUCH	29

MANUALE DI UTILIZZO

MNPG267-02 Edizione 20/05/2021

CV2S2000

Applicatore

professionale

con coppia di

solenoidi

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduzione

Il dispositivo **CV2S2000** è un applicatore professionale a due solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza.

Risulta adattabile facilmente a qualunque zona del corpo grazie alla presenza dell'elastico terapeutico.

Il dispositivo è classificato classe I, conformemente alla regola 1 (4.1) di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

UDI-DI di base: 8019781PEMFLFAPPP8


UDI-DI: (01)08019781472076

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione applicatore: diametro 11 cm + elastico di 115 cm;
- Lunghezza cavo: 184 cm;
- 2 solenoidi professionali;
- 1 cavi di collegamento;
- Compatibile con i modelli della serie MAG2000 e LaMagneto.

Etichettatura




Etichetta 1










29x18.7mm

Etichetta 2 – (Etichetta cavo)



Simboli:

Simbolo	Significato
	Logo del fabbricante.
	In conformità al regolamento (UE) n. 2017/745
	Dati Fabbricante.

Simbolo	Significato
	Data di fabbricazione (AAAA-MM).
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Dispositivo medico.
	Direttiva RAEE per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
	Parte applicata tipo BF.
	Temperature ammesse (temperature di stoccaggio, su confezione).
	Umidità relativa (umidità relativa di stoccaggio, su confezione).

Trasporto e immagazzinamento

Non vi sono particolari cure da usare durante il trasporto. Per quanto riguarda l'immagazzinamento, l'apparecchiatura è protetta fino alle seguenti condizioni ambientali:

temperatura ambiente da +5 a + 40 °C

umidità relativa dal 15 al 93%

Modalità d'uso

Istruzioni per l'uso di CV2S2000


Seguire quanto riportato nel Manuale d'Uso in corredo al dispositivo in possesso.

Seguire le Avvertenze riportate nei manuali d'uso dei prodotti della famiglia MAG2000 o della famiglia LaMagneto.

Pulizia di CV2S2000

Per la pulizia di CV2S2000 si raccomanda di scollegare l'applicatore professionale a due solenoidi dal dispositivo prima di compiere qualsiasi operazione. Procedere alla pulizia del tessuto con un panno inumidito con semplice acqua e sapone neutro ed attendere la completa asciugatura prima di riutilizzare l'applicatore a coppia di solenoidi per una seduta terapeutica.

Informazioni per lo smaltimento

Il prodotto è soggetto alla normativa RAEE (presenza sull'etichetta del simbolo ) relativa alla raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico contattando le competenti autorità del proprio Paese o direttamente il fabbricante.

Manutenzione e Assistenza

Il dispositivo non prevede alcuna particolare manutenzione ordinaria. Si prega di contattare il fabbricante in modo che ogni due anni venga verificata la funzionalità del dispositivo.

Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza tecnica sull'applicatore CV2S2000. Per qualsiasi intervento di assistenza tecnica rivolgersi a:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garanzia

CV2S2000 è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia decade in caso di manomissione, incuria ed uso inappropriato dell'applicatore ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

