



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

ISTRUZIONI

Il Materasso a pressione alternata è costituito da due parti: il materasso e la pompa. Quest'ultima utilizza un piccolo compressore che ne consente la silenziosità e l'efficienza energetica. Il pannello di controllo è semplice e molto facile da usare. Il materasso allevia la pressione in sequenza di sgonfiaggio e gonfiaggio alternato di celle d'aria in intervalli di circa 12 minuti. È ampiamente riconosciuto che la pressione costante di una prominente ossea, è la causa principale di lesioni cutanee. Il movimento continuo fornito dall'unità riduce le aree di pressione costante e aumenta la circolazione.

UTILIZZO

1. Posizionare il materasso sul telaio del letto con l'estremità del tubo flessibile ai piedi della struttura.
2. Utilizzando i ganci integrati, appendere in modo sicuro la pompa ai piedi del letto o su una superficie piana e liscia.
3. Collegare i tubi dell'aria dal materasso alla pompa.
4. Collegare la pompa a una presa a muro. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia distante da possibili pericoli.
5. Premere l'interruttore di accensione sul pannello di controllo della pompa. La pompa incomincerà a gonfiare il materasso.
6. Dopo il gonfiaggio, regolare il materasso utilizzando la manopola.

ATTENZIONE

1. Non fumare sopra o vicino alla pompa.
2. Tenere la pompa lontana dalle superfici riscaldate.
3. Rischio di esplosione se usato in presenza di anestetici infiammabili.
4. Sostituire il fusibile con caratteristiche: T1A 250 V. Alimentazione: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

PORTATA Peso massimo paziente	200 kg
SPECIFICHE ELETTRICHE Corrente di esercizio: Fusibili:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A max. T1A 250 V
CONDIZIONI AMBIENTALI CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO Temperatura ambiente: Umidità relativa:	 Da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F) Dal 10% al 75%
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE Temperatura ambiente: Umidità relativa:	Da -18°C a +43°C (da 0°F a 110°F) Dal 10% al 95%

REF 28578



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Simboli - Symbols

	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use		IT Parte applicata di tipo BF GB Type BF applied part		IT Apparecchio di classe II GB Class II applied
	IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal		IT Codice prodotto GB Product code		IT Fabbricante GB Manufacturer
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Numero di serie GB Serial number		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture
	IT Dispositivo medico GB Medical Device				