GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IMMOBILIZZATORE SPINALE
SPINAL IMMOBILIZER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Questo set di prodotti viene utilizzato per il primo soccorso e la fissazione spinale. Questo prodotto è realizzato con un panno rivestito di nylon impermeabile. Questo prodotto è realizzato con un panno rivestito di nylon impermeabile. Il prodotto è supportato da barre di bambù.
I raggi X possono attraversare il prodotto.
Il prodotto può essere conservato in una semplice sacca per essere trasportato facilmente.

FASI OPERATIVE

Utilizzare questo prodotto in presenza di almeno tre operatori.

1. Aprire il prodotto. Un operatore deve trovarsi dietro il paziente e posizionare il prodotto sulla schiena del paziente, con il lato senza fibbia rivolto verso la schiena del paziente, così che la testa del paziente non possa dondolare.
2. Gli altri due operatori stanno rispettivamente in piedi sui due lati del corpo del paziente, attaccano i lati sinistro e destro del prodotto alle ascelle del paziente e regolano la posizione del prodotto, in maniera tale che la linea centrale di quest'ultimo corrisponda alla colonna del paziente.
3. Estrarre e agganciare la cinghia destra e sinistra del prodotto sul petto. Il prodotto è dotato di tre impugnature per il sollevamento. Sollevare leggermente il prodotto in maniera tale che il bordo superiore degli attacchi di sinistra e destra del prodotto siano sotto le ascelle del paziente. Dopo aver confermato la posizione corretta, agganciare la cinghia.
4. Bypassare la fascia della gamba tra le gambe del paziente e stringere la fibbia in direzione opposta.
5. Quando c'è uno spazio libero tra la testa del paziente e il prodotto, è possibile riempirlo con il cuscino accessorio di forma rettangolare.
6. Le due cinghie di fissaggio per la testa vengono rispettivamente fissate sulla fronte e sulla mandibola del paziente; il lato leggero del cuscino al centro della cinghia di fissaggio deve essere rivolto verso la testa del paziente

AVVERTENZA

1. Questo prodotto deve essere utilizzato dal personale idoneamente formato e qualificato; in caso contrario, si produrranno lesioni sul paziente.
2. Quando viene utilizzata la cinghia di fissaggio, è necessario assicurarsi che non ci siano lesioni in altre parti del corpo del paziente (ad es. frattura toracica e frattura alla gamba); in caso contrario, è necessario attenersi alle indicazioni del personale medico.
3. Dopo che il paziente viene fissato, quando deve essere trasportato, è necessario poterlo fare avvalendosi di personale professionalmente addestrato; in caso contrario, si produrranno lesioni sul paziente.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

1. Dopo ogni utilizzo, se il prodotto è contaminato, pulirlo con un panno morbido e pulito, quindi conservarlo per il prossimo utilizzo.
2. Se ci sono macchie di sangue o altri fluidi corporei, è necessario disinfettare utilizzando un apposito disinfettante, quindi pulire prima di procedere alla conservazione.

SIMBOLI

REF	Codice prodotto	CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
⚠	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	☂	Conservare in luogo fresco ed asciutto
MD	Dispositivo medico	☀	Conservare al riparo dalla luce solare
📖	Leggere le istruzioni per l'uso	LOT	Numero di lotto
🏭	Fabbricante		Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF **34027 - 34028**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD CE

M34027-IT-GB-Rev.1-12.21