

**REF** EL100 - EL103

**Destinazione d'uso**

Dispositivo medico destinato ad essere utilizzato per cervicotalgie di modesta e media entità e patologia traumatica minore.

**Modalità d'uso:**

**REF EL100:** Piegare la parte frontale del collare e dare forma al mento schiacciando il rivetto nel foro; Far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente; Posizionare la parte frontale del collare sotto al mento per il comfort del paziente; Chiudere con il nastro Velcro®.

**REF EL103:** Separare le due parti del collare; Fissare il rivetto situato sulla parte mentoniera (anteriore), inserendolo nell'apposito foro, dando forma anatomica al dispositivo; Assicurare con il nastro Velcro® la porzione mentoniera del collare, dopo averla appoggiata sulla parte anteriore del collo del paziente; Far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente fissandola con il nastro Velcro® alla parte mentoniera.

Si consiglia di non stringere troppo il collare.

**Materiale:**

Polietilene rigido con imbottitura interna in spugna di polietilene, nastro Velcro®, rivetti in poliammide.

Radiotrasparente

**Misure:**

Infant, Pediatric, Stout, Small, Medium e Large.

**Avvertenze:**

Usare sotto controllo medico. Si suggerisce l'uso in combinazione con uno strato di maglino tubolare da interporre tra la superficie interna del dispositivo e la cute del paziente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito, al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro Europeo in cui si ha sede.



**DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**  
Tel.: +39 0422 951339 - [commerciale@daser.it](mailto:commerciale@daser.it) – [www.daser.it](http://www.daser.it)

**REF** EL100 - EL103

**Destinazione d'uso**

Dispositivo medico destinato ad essere utilizzato per cervicotalgie di modesta e media entità e patologia traumatica minore.

**Modalità d'uso:**

**REF EL100:** Piegare la parte frontale del collare e dare forma al mento schiacciando il rivetto nel foro; Far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente; Posizionare la parte frontale del collare sotto al mento per il comfort del paziente; Chiudere con il nastro Velcro®.

**REF EL103:** Separare le due parti del collare; Fissare il rivetto situato sulla parte mentoniera (anteriore), inserendolo nell'apposito foro, dando forma anatomica al dispositivo; Assicurare con il nastro Velcro® la porzione mentoniera del collare, dopo averla appoggiata sulla parte anteriore del collo del paziente; Far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente fissandola con il nastro Velcro® alla parte mentoniera.

Si consiglia di non stringere troppo il collare.

**Materiale:**

Polietilene rigido con imbottitura interna in spugna di polietilene, nastro Velcro®, rivetti in poliammide.

Radiotrasparente

**Misure:**

Infant, Pediatric, Stout, Small, Medium e Large.

**Avvertenze:**

Usare sotto controllo medico. Si suggerisce l'uso in combinazione con uno strato di maglino tubolare da interporre tra la superficie interna del dispositivo e la cute del paziente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito, al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro Europeo in cui si ha sede.



**DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**  
Tel.: +39 0422 951339 - [commerciale@daser.it](mailto:commerciale@daser.it) – [www.daser.it](http://www.daser.it)

**Istruzione per la pulizia:** il dispositivo è monopaziente, durante l'utilizzo può essere pulito con panno umido e detergente neutro. Non è comunque garantita la pulizia da alcune sostanze come sangue e secrezioni. Non candeggiare. (Vedere anche le "Altre avvertenze")

**Limiti del D.M.**

Non utilizzare il dispositivo medico se l'integrità meccanica dello stesso non appare certa. Il dispositivo non è sterile, non utilizzare in sala operatoria. Non posizionare a contatto della pelle lesa. In presenza di piaghe e stati infettivi rivolgersi al medico per la cura adeguata. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. Utilizzare per l'uso previsto.

**Controindicazioni**

Non ci sono controindicazioni da segnalare. Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà il dispositivo medico da utilizzare e seguirà il percorso clinico. È opportuno utilizzare un dispositivo di taglia idonea alla misura antropometriche del paziente.

**Effetti collaterali**

Non sono stati rilevati effetti collaterali da segnalare se non quelli che possono derivare dall'utilizzo del prodotto da soggetti allergici ai materiali utilizzati nel dispositivo medico. In caso si manifestino arrossamenti della cute o formazioni di bolle sospendere l'utilizzo del dispositivo e consultare il proprio medico per eseguire un'analisi delle allergie.

**Altre avvertenze**

Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo e manutenzione. Conservare il dispositivo nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.

Raccolta differenziata, verificare le disposizioni del comune di appartenenza.



■ **DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**  
Tel.: +39 0422 951339 - [commerciale@daser.it](mailto:commerciale@daser.it) – [www.daser.it](http://www.daser.it)

**Istruzione per la pulizia:** il dispositivo è monopaziente, durante l'utilizzo può essere pulito con panno umido e detergente neutro. Non è comunque garantita la pulizia da alcune sostanze come sangue e secrezioni. Non candeggiare. (Vedere anche le "Altre avvertenze")

**Limiti del D.M.**

Non utilizzare il dispositivo medico se l'integrità meccanica dello stesso non appare certa. Il dispositivo non è sterile, non utilizzare in sala operatoria. Non posizionare a contatto della pelle lesa. In presenza di piaghe e stati infettivi rivolgersi al medico per la cura adeguata. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. Utilizzare per l'uso previsto.

**Controindicazioni**

Non ci sono controindicazioni da segnalare. Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà il dispositivo medico da utilizzare e seguirà il percorso clinico. È opportuno utilizzare un dispositivo di taglia idonea alla misura antropometriche del paziente.

**Effetti collaterali**

Non sono stati rilevati effetti collaterali da segnalare se non quelli che possono derivare dall'utilizzo del prodotto da soggetti allergici ai materiali utilizzati nel dispositivo medico. In caso si manifestino arrossamenti della cute o formazioni di bolle sospendere l'utilizzo del dispositivo e consultare il proprio medico per eseguire un'analisi delle allergie.

**Altre avvertenze**

Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo e manutenzione. Conservare il dispositivo nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.

Raccolta differenziata, verificare le disposizioni del comune di appartenenza.



■ **DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**  
Tel.: +39 0422 951339 - [commerciale@daser.it](mailto:commerciale@daser.it) – [www.daser.it](http://www.daser.it)