GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

CINTURA DI CONTENZIONE PER LETTO

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilitote dello stato membro in cui l'utilizzatore e\o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE

Art 24/07: Cintura di contenzione per letto doppia in 100% cotone. Il sistema di chiusura avviene tramite chiave magnetica. La chiave magnetica e utilizzata per l'apertura dei blocchetti di sicurezza, 1 blocchetto è utilizzato per bloccare la fascia superiore al girovita del paziente. Gli altri due blocchetti sono utilizzati per ancorare i nastri al longherone del letto. Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e necessita dl terapie. È composta da due fasce, la più interna va posizionata al girovita del paziente, la più esterna va fissata tramite i nastri e i blocchetti di sicurezza ai longheroni del letto. **La cintura consente al paziente la sola posizione supina e laterale.**

Art 24/07/01: Cintura di contenzione per letto semplice realizzata in tessuto 100% cotone. Il sistema di chiusura avviene tramite chiave magnetica. La chiave magnetica è utilizzata per l'apertura del blocchetto di sicurezza, il blocchetto è utilizzato per bloccare la fascia superiore al girovita del paziente. Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e che necessita di terapia. È composto da una cintura da applicare al girovita della persona e da due nastri che si legano al longheroni del letto tramite chiusura nylon. **La cintura consente al paziente la sola posizione supina.**

INDICAZIONI

Dispositivi utilizzati per la contenzione dei pazienti allettati.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo può essere applicato esclusivamente da personale medico e paramedico. La cintura non va utilizzata sul bacino o sulla cassa toracica. **Dispositivi con sistema di chiusura magnetica, non utilizzare su pazienti ai quali è stato applicato uno stimolatore per il cuore, potrebbe andare incontro a tachicardia**. Adattare bene la cintura al paziente, deve passare una mano piana tra il paziente e la cintura. Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate, se ciò non avviene potrebbe essere compromessa la sicurezza del paziente. In caso non si dovessero aprire le chiusure, i nastri possono essere tagliati con taglierini o cesoie. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona. Dispositivo non ignifugo.

COMPOSIZIONE

100% COTONE

MODALITÀ DI LAVAGGIO

90°			

Attenzione: rimuovere chiavi e blocchetti prima del lavaggio, a contatto con i liquidi potrebbe essere compromessa la loro funzionalità

La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		Fabbricante
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione	LATEX	Non prodotto con lattice di gomma naturale

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF **24/07/01 (Gima 43185)**
24/07 (Gima 43186)
24/07 (Gima 43187)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY

MD CE

LATEX

M43185-Rev.2-02.24