

REKOMENDACIJOS DĖL NAUDOJIMO
CE ŽENKLU PATVIRTINTA IN VITRO DIAGNOSTIKOS PRIEMONĖ - Profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros reikmėms

- In vitro diagnostikos priemonės: mėgintuvėliai, indai biologiniams skysčiams surinkti, Petri lėkštelės, mikrobiologiniai skleistuvai, autoanalizatoriui skirti mėginių puodeliai. Skirta tik mėginiams iš žmonių surinkti, išskyrus kraują. Nenaudokite gaminio jokia kita paskirtimi, kuri galėtų būti laikoma netinkama. Prietaisą naudokite tik su tinkamais priedais.
- Naudokite apsaugines pirštines.
- Nestatykite prietaiso šalia liepsnos.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pasenęs, pažeistas arba atidaryta pakuotė.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite sausoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Gaminį išmeskite pagal galiojančius teisės aktus į biologiskai pavojingų atliekų konteinerį.
- Prieš naudodami gaminį su tam tikromis medžiagomis, patikrinkite medžiagų atsparumo ir suderinamumo lentelę.
- **Sterilus gaminys: sterilumas užtikrinamas iki pakuotės atidarymo. Sterilizacija atliekama beta spinduliais.**
- Prietaisas yra vienkartinis. Jį naudojant pakartotinai, prarandamos visos funkcijos ir savybės.
- Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir valstybės, kurioje pacientas gyvena, kompetentingai institucijai.



F.L. Medical s.r.l Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022