



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STETOSCOPIO JOTARAP - JOTARAP STETHOSCOPES STÉTHOSCOPES BIAURICULAIRES JOTARAP ESTETOSCOPIOS JOTARAP - ESTETOSCÓPIO JOTARAP JOTARAP STETHOSKOPE - JOTARAP SZTETOSZKÓP STETOSKOPY JOTARAP - STETOSKOP JOTARAP STETOSCOAPE JOTARAP - JOTARAP STETHOSCOPEN JOTARAP STETOSKOPI - FONENDOSKOPY JOTARAP ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ JOTARAP - JOTARAP السماعة الطبية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

Par nopietnu negadījumu, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدونا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

REF

**32579 - 32580 - 32581 - 32582 - 32583
32584 - 32585 - 32586 - 32587**




Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



ΣΚΕΛΕΤΟΥ - تصميم الوحدة الخاصة بالصدر

ترحب الأرش في مكانها مع كل دوران براوييه 180 درجة.



1. حلقة
2. رأس من البلاستيك
3. قرص
4. أسطوانة
5. رأس صغير
6. رأس كبير
7. حجم الكبير
8. حجم متوسط
9. حجم الأطفال

FUNKCIJAS

PĀRVEIDOJAMA 5 VEIDOS

Šis instruments ir pārveidojams 5 dažādos veidos un apvieno 5 dažādu stetoskopu funkcijas īpašiem lietojumiem vienā.

Paredzēts visiem mērķiem, komplektācijā ir 3 dažādu veidu galviņas un divas oriģinālās membrānas, viena maza un viena liela. Kopums veido pilnu komplektu. Katrai membrānai vai galviņai ir noteikts mērķis

1 LIELA MEMBRĀNA

Parasti šo stetoskopu izmanto gan zemas frekvences sirds skaņu, gan diastolisko un terciāro sirds skaņu, gan primāro un sekundāro sirds skaņu auskultācijai.

Arī sirds izdalītās akūtas skaņas ir atšķiramas.

2 MAZA MEMBRĀNA

Tā ir paredzēta, lai dzirdētu jaundzimušo augsto sirds skaņu.

3 GALVIŅAS IZMĒRS PIEAUGUŠAJIEM

Ideāli piemērota vidēju un zemu skaņu un šņācienu izklaustīšanai.

4 VIDĒJA IZMĒRA GALVIŅA:

Tās ir īpaši paredzētas zemu un vidēju un krakšķošu skaņu auskultācijai ierobežotās ķermeņa daļās, piemēram, starp ribām.

5 MAZA IZMĒRA GALVIŅA

Īpaši piemērots mazu bērnu un mazuļu izmeklēšanai.

Ar šīs galviņas palīdzību jūs varat dzirdēt zemās un vidējās un rūkoņu skaņas, ko izdod infantila sirds. Visas šīs kombinācijas ir ļoti labi izpētītas, lai instrumentam nodrošinātu ārkārtēju jutīgumu, kas ļaus skaidri dzirdēt augstās un zemās frekvences skaņas un viegli uztvert vieglus šņācienus.

Tiek nodrošinātas 3 dažādu izmēru austiņas, kas ļauj ārstam izvēlēties sev piemērotāko pāri, lai nodrošinātu maksimālu komfortu. Tās ir ievietotas mazā kompaktā apvalkā kopā ar 3 galviņām un 2 rezerves plastmasas membrānām, lielām un mazām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.

Duofons ir paredzēts tikai specializēta medicīnas vai paramedicīniskā personāla lietošanai.

Duofonam JOTARAP ir divas galviņas un tas ir aprīkots ar lielām un mazām membrānām, kuras ir uzstādītas uz rotējoša cilindra.

- A** Ievietojiet ausu uzgaļus ausīs.
- B** Viegls pirksta pieskāriens membrānai ļaus dzirdēt skaņas, lai jūs varētu pārliecināties, ka instruments darbojas.
- C** Ja nedzirdat nekādu skaņu, pagrieziet galviņu par 180°, līdz tā noklikšķ, stingri novietojot to precīzajā vietā, parādoties pretējai pusei.
- D** Tagad pieskarieties vēlreiz un dzirdēsiet instrumenta skaņas, kas nozīmē, ka tas ir pareizi noregulēts lietošanai.
- E** Tagad jūs varat izmeklēt pacientu ar stetoskopu.
- F** Atkārtojiet šīs procedūras, pārejot no vienas stetoskopa veida uz otru.

JOTARAP GIMA duofons tiek piegādāts komplektā ar šādiem piederumiem:

- | | |
|---|---------|
| 1. Galviņa ar lielu un mazu membrānu | 1 gab. |
| 2. Hromēta stīpiņa ar austiņām | 1 pāris |
| 3. Caurule ar metāla atsperi | 1 pāris |
| 4. Maināma galviņa, pieauguša cilvēka izmērs | 1 gab. |
| 5. Maināma galviņa, vidēja izmēra | 1 gab. |
| 6. Maināma galviņa, izmērs bērniem | 1 gab. |
| 7. Rezerves austiņas, mazas un lielas | 2 pāri |
| 8. Rezerves plastmasas membrānas, lielas un mazas | 2 gab. |
| 9. Piederumu kārbā | 1 gab. |

	Uzglabāt vēsā, sausā vietā		Ražotājs
	Uzglabāt prom no saules gaismas		Medicīniska ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745
	Izlasiet lietošanas instrukcijas		Uzmanību: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus)
	Produkta kods		Medicīniskā ierīce
	Partijas numurs		Izgatavošanas datums
	Unikāls ierīces identifikators		

GIMA GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Tiek piemērota Gima standarta B2B garantija uz 12 mēnešiem.