

# CARROZZINA BARELLA WHEELCHAIR STRETCHER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

## I. Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni prodotto (LxWxH):  
Posizione alta: 196x60x88 cm  
Posizione bassa: 196x60x27 cm
- Dimensioni imballaggio (1 pz): 199x60x28 cm
- Peso Netto: 34 kg - Peso Lordo: 40 kg
- Angolo massimo del Bach: 85°
- Capacità di carico: meno di 159 kg

## II. Modalità di utilizzo:

Questa barella con carrello può essere convertita in una sedia; l'altezza può essere regolata a seconda delle necessità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l'ascensore di un ospedale, un'ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatto di materiali in lega di alluminio; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza e facile da sterilizzare e pulire.

## III. Applicazioni:

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

## IV. Attenzione:














- Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
- Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

## V. Manutenzione:

- Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
- Verificate spesso la presenza di parti allentate.

## VI. Conservazione e trasporto:

- Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
- Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
- È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istruzioni riportate sull'imballo.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Identificatore univoco dispositivo
	Importato da				

## CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

### I. Technical Features:

- Product Size (LxWxH):  
High Position: 196x60x88 cm  
Low Position: 196x60x27 cm
- Packing Size (1 pc): 199x60x28 cm
- Net Weight: 34 kg - Gross Weight: 40 kg
- Maximum angle of Back: 85°
- Loading Bearing: less than 159 kg

### II. How to use:

The stretcher trolley can be converted into a chair; the angle of the stretcher can be adjusted according to your different requirements. It is quite suitable to transfer the patients in the limited place, such as lift in hospital, ambulance, city road etc. It is made of Aluminum Alloy materials. It is characterized by its being anti-corrosion, use-safely and easy for sterilization and cleaning.

### III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

### IV. Cautions:














- When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.
- in general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

### V. Maintenance:

- Keep clean as routine (incl. sterilization).
- Often check if any parts loose or not.

### VI. Storage & transportation:

- Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
- Common transporting vehicle can carry this product.
- Upside down is prohibited during transportation & storage. Stack the goods as per the instructions printed on the package.

	Manufacturer		Keep in a cool, dry place		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Product code		Keep away from sunlight		Caution: read instructions (warnings) carefully
	Lot number		Medical Device		Authorized representative in the European community
	Consult instructions for use		Date of manufacture		Unique device identifier
	Imported by				

### GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

### GIMA 34070



**Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd**  
No.999 Hongqi Road, Changyinsha  
Modern Agricultural Demonstration Area,  
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China  
Made in China

**REF**

**TD010132**



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

