



**Arredamenti per centri estetici,
centri medicali, fisioterapici e
cardiologia**

MANUALE D'ISTRUZIONE

Numero: 1 Edizione: 1 Data: 27/06/12

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I Direttiva CEE 93/42 - D.Lgs n° 46 24/02/1997

PRODUZIONE ITALIANA

Art. Firenze



Lettino per fisioterapia e cardiologia

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della
MG Legno Arredo e senza autorizzazione scritta, non dovranno essere riprodotte
totalmente o in parte, né usate per alcun altro scopo che quello per cui esse sono fornite.

**Questo libretto è parte integrante
del lettino quindi non va disperso.**

**MG Legno Arredo
Showroom ed uffici:**

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA)

Tel: 081-967125 - Fax 081-967125 -

E-mail: info@mglegnoarredo.it



Gentile Cliente,

La MG Legno Arredo è lieta di annoverarla tra i suoi Clienti e confida che la qualità di questo prodotto soddisfi pienamente le Sue aspettative.

I lettini per fisioterapia e cardiologia Art. Firenze prodotti dalla MG Legno Arredo assicurano un alto livello qualitativo e di robustezza, affinché possano fornire nel tempo le migliori condizioni di utilizzo.

In questo manuale sono riportate tutte le istruzioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto. È pregato di leggerlo attentamente prima dell' utilizzo e di applicare quanto prescritto.

La MG Legno Arredo non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati a persone in caso di:

- Uso improprio, scorretto, o comunque difforme dalle indicazioni del presente manuale.
- Montaggio non corretto.
- Modifiche non autorizzate espressamente dalla MG Legno Arredo.

La MG Legno Arredo, rende noto che le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Per qualsiasi problema o chiarimento Contatti il Rivenditore di Zona autorizzato, oppure direttamente la MG Legno Arredo all'indirizzo si seguito riportato. Saremo a Sua completa disposizione per darLe la migliore assistenza e supporto.

Uffici e showroom:

MG Legno Arredo

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA)

Tel: 081-967125

Fax 081-967125

E-mail: info@mglegnoarredo.it



Tagliando di garanzia

Allegato 1



MANUALE D'ISTRUZIONE

**PAGINA
3 DI 10**

Parte da tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire in busta chiusa ed affrancata.

La garanzia avrà valore solo se questa parte verrà spedita.

Timbro del rivenditore



Data di vendita

Data di registrazione

Mittente: (Specificare il nome e l'indirizzo del possessore)

Sig.
Via N°
C.A.P. Città
Provincia
Telefono

Destinatario:

Spett.le:

**MG Legno Arredo
Produzione**
Via Molino snc, 84010
San Valentino Torio (SA)

Indice

1. Descrizione e caratteristiche del prodotto

- 1.1 Destinazione d'uso
- 1.2 Descrizione del prodotto
- 1.3 Finitura
- 1.4 Caratteristiche tecniche del prodotto
- 1.5 Imballi
- 1.6 Accessori Compatibili
- 1.7 Trasporto, scarico e disimballo

2. Requisiti di manutenzione del prodotto

- 2.1 Controlli periodici
- 2.2 Pulizia
- 2.3 Disinfezione

3. Garanzia

4. Annotazioni

TAGLIANDO DI GARANZIA

Allegato 1



1. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.1 Destinazione d'uso

I lettini per fisioterapia e cardiologia art. Firenze, sono destinati ad essere utilizzati in ambiente ospedaliero, ambulatoriale, o nelle comunità, come dispositivo medico di ausilio per l'esecuzione di visite, medicazioni e riabilitazioni.

1.2 Descrizione del prodotto

Il lettino per fisioterapia e cardiologia Art. Firenze, presenta le seguenti caratteristiche:

- Costruito interamente in legno massello di faggio.
- Schienale regolabile mediante cerniere Rastofix.
- Sezioni imbottite in espanso indeformabile ricoperto con materiale plastico lavabile.

1.3 Finitura

Tutte le parti cromate sono trattate in bagno di cromatura con qualità di arredo. Tutte le parti in legno massello di faggio, sono protette superficialmente con vernice trasparente.

1.4 Dimensioni:

Altezza (H) 75 cm
 Profondità (P) 70 cm
 Lunghezza (L) 190 cm

Massa del lettino completo 55 Kg
 Massa del paziente (carico massimo consentito) 150 Kg
 Massa del lettino a pieno carico 205 Kg

4. ANNOTAZIONI

DA COMPILARSI A CURA DEL VENDITORE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Timbro del rivenditore

Data di vendita

Data di registrazione

QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE DEVE ESSERE PRESENTATO AD OGNI TIPO DI RIPARAZIONE.



3. GARANZIA

I prodotti della MG Legno Arredo sono garantiti contro i difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

La MG Legno Arredo, si impegna a riparare o sostituire i prodotti che risultassero difettosi durante il periodo di validità della garanzia.

Questa garanzia non copre:

- I controlli periodici, la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di parti dovuta alla normale usura.
- I costi ed i rischi di trasporto legati direttamente ed indirettamente alla garanzia di questo prodotto.
- I danni a questo prodotto derivati da un errato montaggio e/o ad un uso improprio.
- I danni derivati da riparazioni eseguite presso centri di assistenza non autorizzati.

Durante il periodo di garanzia l'intervento tecnico avverrà presso la MG Legno Arredo, che esaminerà se il guasto è imputabile ad un difetto di fabbricazione o altre cause coperte dalla garanzia o se lo stesso è imputabile ad uso improprio del prodotto, o ad altra causa ne esclude l'intervento in garanzia.

L'invio in sede per l'eventuale riparazione in garanzia, potrà essere effettuato solamente dopo formale autorizzazione della MG Legno Arredo



1.6 Accessori Compatibili

I lettini per fisioterapia e cardiologia Art. Firenze, sono progettati per essere utilizzati in accoppiamento con i seguenti accessori:

- Portarotolo universale per lenzuolini.
- Rotolo lenzuolino gofrato doppio velo per lettino da visita

ATTENZIONE:

Al fine di garantire idonee condizioni di utilizzo, la MG Legno Arredo non risponde per danni conseguiti ad uso di accessori diversi da quelli espressamente previsti.

1.7 Trasporto, scarico e disimballo

Durante il trasporto, l'orientamento del prodotto imballato deve essere mantenuto in accordo alle indicazioni ed alle scritte presenti sulla superficie esterna dell'involucro (Es. Cassa, cartone, etc ...).

- In caso di necessità di scarico e trasporto manuale, si ricorda che il carico massimo sopportato da ogni operatore deve essere inferiore a 30 kg.
- Assicurarsi che l'imballo sia posizionato secondo le indicazioni riportate sull'involucro (frece direzionali).



- Aprire l' imballo ed estrarre tutte le parti in esso contenute.
- Verificare che tutte le parti siano integre e che non abbiano subito danneggiamenti durante il trasporto



Tutti i materiali utilizzati per l'imballo sono riciclabili, per tanto dovranno essere smaltiti in accordo alle disposizioni legislative locali in vigore.



Abbate cura di smaltire i teli in plastica e le pellicole protettive, ciò per evitare che costituiscono fonte di pericolo per i bambini (Es. soffocamento).

MG Legno Arredo

Produzione

Via Molino snc, 84010
San Valentino Torio (SA)



Max Kg. 150

SN



Art.



2. REQUISITI DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Controlli periodici

Il lettino per fisioterapia e cardiologia in Suo possesso non necessita di ispezioni particolari.

Tuttavia si consiglia di controllare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti e dadi fissaggio.

2.2 Pulizia

Eseguire la pulizia del lettino per fisioterapia e cardiologia con una spugna, oppure con un panno inumidito con acqua e detergente neutro.

Al termine asciugarlo accuratamente.



ATTENZIONE:

Per la pulizia del lettino per fisioterapia e cardiologia non usare mai getti d'acqua in pressione, acid, solventi, prodotti corrosivi e sostanze abrasive. I detergenti non devono contenere fosfati, fosforo o formaldeide.

2.3 Disinfezione

Qualora necessario, la disinfestazione del lettino per fisioterapia e cardiologia deve essere eseguita con prodotti idonei non corrosivi.

I disinfettanti non devono contenere fosfati, fosforo o formaldeide e devono avere un pH compreso tra 6 e 8.