

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

CE MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK - Voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg

- In vitro diagnostische hulpmiddelen: reageerbuisjes, containers voor het opvangen van biologische vloeistoffen, petrischalen, microbiologische spreiders, monstercups voor de autoanalyzer. Alleen voor het verzamelen van andere monsters dan bloed, van mensen. Gebruik het product niet voor een ander dan het beoogde gebruik. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Gebruik het hulpmiddel alleen met geschikte accessoires.
- Gebruik beschermende handschoenen.
- Plaats het hulpmiddel niet in de buurt van vlammen.
- Gebruik het product niet als het verlopen of beschadigd is, of wanneer de verpakking geopend is.
- Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Op een droge plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Gooi het product weg in overeenstemming met de geldende wetgeving in een container voor biologisch gevaarlijk afval.
- Voordat u het product gebruikt met bepaalde stoffen moet u de materiaalbestendigheds-/compatibiliteitstabel raadplegen.
- **Steriel product: de steriliteit wordt gegarandeerd tot het openen van de verpakking. De sterilisatie vindt plaats met bètastralen.**
- Hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Het hergebruik van het hulpmiddel leidt tot het verlies van alle prestaties en functies.
- Elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de patiënt woont.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022