

CENTRIFUGEBUIZEN

CE MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK
Voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg

Type specimen: bloed, serum of urine

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Controleer de productinformatie en de integriteit van de verpakking.
- 2) Schrijf de adequate informatie op het etiket (naam patiënt, test, monster, enz.).
- 3) Open de centrifugebuis.
- 4) Plaats met het hiervoor aangewezen instrument het monster in de buis voor de verdunning, opslag, centrifugering, bacteriecultuur of andere toepassing ervan.
- 5) Sluit de centrifugebuis goed af met zijn dop om elke lekkage tijdens het centrifugeren te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Hulpmiddel bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
- Gebruik beschermende handschoenen.
- Plaats het hulpmiddel niet in de buurt van vlammen.
- Gebruik het product niet als het verlopen of beschadigd is, of wanneer de verpakking geopend is.
- Dit product uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik, elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.
- Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het hulpmiddel alleen met geschikte accessoires.
- Op een droge plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Gooi dit product weg in overeenstemming met de lokale regelgeving in een container voor biologisch gevaarlijk afval.
- Hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Het hergebruik van het hulpmiddel leidt tot het verlies van alle prestaties en kenmerken ervan.
- Elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land van verblijf van de patiënt.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

