AESCULAP®

en	**Instructions for use/Technical description** Haemostatic forceps
USA	Note for U.S. users This Instructions for Use is NOT intended for United States users. Please discard. The Instructions for Use for United States users can be obtained by visiting our website at www.aesculapusaifus.com. If you wish to obtain a paper copy of the Instructions for Use, you may request one by contacting your local Aesculap representative or Aesculap's customer service at 1-800-282-9000. A paper copy will be provided to you upon request at no additional cost.
de	**Gebrauchsanweisung/Technische Beschreibung** Hämostatische Pinzette
fr	**Mode d'emploi/Description technique** Pince hémostatique
es	**Instrucciones de manejo/Descripción técnica** Fórceps hemostáticos
it	**Istruzioni per l'uso/Descrizione tecnica** Pinze emostatiche
pt	**Instruções de utilização/Descrição técnica** Pinças hemostáticas
nl	**Gebruiksaanwijzing/Technische beschrijving** Hemostatische tang
da	**Brugsanvisning/Teknisk beskrivelse** Hæmostatiske pincetter
no	**Bruksanvisning/Teknisk beskrivelse** Hemostatiske pinsetter
sv	**Bruksanvisning/Teknisk beskrivning** Hemostatisk pincett
fi	**Käyttöohje/Tekninen kuvaus** Hemostaattiset pihdit
et	**Kasutusjuhend/Tehniline kirjeldus** Hemostaatilised tangid
lv	**Lietošanas instrukcijas/tehniskais apraksts** Hemostātiskās knaibles
lt	**Naudojimo instrukcija/techninis aprašas** Hemostatinės žnyplės
ru	**Инструкция по применению/Техническое описание** Кровоостанавливающие зажимы
cs	**Návod k použití/Technický popis** Hemostatické kleště
pl	**Instrukcja użytkowania/Opis techniczny** Kleszcze hemostatyczne
sk	**Návod na použitie/Technický opis** Hemostatické kliešte
hu	**Használati útmutató/Műszaki leírás** Vérzéscsillapító csipesz
sl	**Navodila za uporabo/Tehnični opis** Hemostatične prijemalke
hr	**Upute za uporabu/Tehnički opis** Hemostatska kliješta
ro	**Manual de utilizare/Descriere tehnică** Forcepsul hemostatic
bg	**Упътване за употреба/Техническо описание** Хемостатичен форцепс
tr	**Kullanım Kılavuzu/Teknik açiklama** Hemostatik forseps
el	**Οδηγίες χρήσης/Τεχνική περιγραφή** Αιμοστατικές λαβίδες
br	**Instruções de uso/Descrição técnica** Fórceps hemostático

B|BRAUN

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461 95-0 | Fax +49 (0) 7461 95-26 00 | www.bbraun.com

AESCULAP® – a B. Braun brand

TA016590 2024-12

CE 0123

eifu.bbraun.com

nl

AESCULAP®

Hemostatische tang

1 Over dit document

Opmerking

Algemene risicofactoren in verband met chirurgische procedures worden niet beschreven in deze documentatie.

1.1 Toepassingsgebied

Deze gebruiksaanwijzing is voor de hemostatische tang.

Opmerking

De gebruiksaanwijzing en verdere informatie over B. Braun / AESCULAP zijn beschikbaar op de B. Braun eIFU website onder eifu.bbraun.com

1.2 Waarschuwingen

Waarschuwingen vestigen de aandacht op gevaren voor de patiënt, de gebruiker en/of het product die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van het product. Waarschuwingen zijn als volgt gemarkeerd:

⚠ **WAARSCHUWING**

Betekent een mogelijk dreigend gevaar. Als het niet vermeden wordt, kunnen lichte of ernstige letsels het gevolg zijn.

⚠ **VOORZICHTIG**

Betekent een mogelijk dreigend materiële schade. Als dit niet wordt vermeden, kan het product beschadigd raken.

2 Klinisch gebruik

2.1 Gebruiksgebieden en gebruiksbeperkingen

2.1.1 Beoogd doeleind

Hemostatische klemmen worden gebruikt voor het vastklemmen van weefsel en kleine bloedvaten.

2.1.2 Beoogd gebruik

Hemostatische klemmen worden gebruikt voor het vastklemmen van weefsel en kleine bloedvaten.

2.1.3 Indicaties

Opmerking

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van het product in strijd met de gespecificeerde indicaties of de beschreven toepassingen.

Voor indicaties, zie Beoogd gebruik.

2.1.4 Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

2.1.5 Beoogde patiëntenpopulatie

Er bestaan geen algemene beperkingen qua geslacht, leeftijd of etnische afkomst met betrekking tot de patiëntenpopulatie voor het gebruik van het product als het gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld. Beperkingen worden bepaald door de contra-indicaties.

2.2 Veiligheidsvoorschriften

2.2.1 Klinische gebruiker

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Om schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door onjuiste installatie of foutief gebruik, evenals om de garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant niet in gevaar te brengen:

- ► Gebruik dit product uitsluitend volgens deze gebruiksaanwijzing.
- ► Volg de veiligheidsinformatie en de onderhoudsinstructies op.
- ► Zorg ervoor dat het product en de toebehoren uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden bediend en gebruikt.
- ► Bewaar nieuwe of ongebruikte producten op een droge, schone en veilige plaats.
- ► Controleer de juiste werking en de goede staat van het product voordat u dit gebruikt.
- ► Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats die toegankelijk is voor de gebruiker.

Opmerking

De gebruiker is verplicht alle ernstige incidenten met betrekking tot het product te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd.

Aanwijzingen voor operatieve ingrepen

De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de operatieve ingreep.

Voorwaarde voor succesvol gebruik van dit product is een bijbehorende medische opleiding en de theoretische en praktische beheersing van alle vereiste operatietechnieken, met inbegrip van de juiste handhaving van dit product.

De gebruiker is verplicht, informatie bij de fabrikant te achterhalen als er een onduidelijke preoperatieve situatie met betrekking tot het gebruik van het product bestaat.

2.2.2 Steriliteit

Het product wordt niet-steriel geleverd en is bedoeld voor gebruik in een steriele toestand.

- ► Haal een nieuw product uit de transportverpakking en maak het goed schoon voordat u het voor de eerste keer steriliseert.

2.3 Gebruik

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar voor verwonding en/of slechte werking!

- ► **Product voorafgaand aan elk gebruik controleren op losse, verbogen, gebroken, gebarsten, versleten of afgebroken delen.**
- ► **Voer vóór elk gebruik van het product altijd een functietest uit.**

3 Gevalideerd reinigings- en desinfectieproces

3.1 Veiligheidsvoorschriften

Opmerking

Voer de reiniging en sterilisatie uit in overeenstemming met de nationale wettelijke voorschriften, nationale en internationale normen en richtlijnen en de eigen hygiënische voorschriften.

Opmerking

Bij patiënten met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD), vermoedelijke CJD of mogelijke varianten van CJD moet men zich houden aan de relevante nationale voorschriften m.b.t. het reinigen en steriliseren van producten.

Opmerking

Mechanische reiniging en sterilisatie verdient de voorkeur boven handmatige reiniging, omdat dit betere en betrouwbaardere resultaten oplevert.

Opmerking

Wij wijzen erop dat een succesvolle reiniging en desinfectie van dit medische hulpmiddel uitsluitend kan worden gegarandeerd na een voorafgaande validatie van het reinigings- en desinfectieproces. Hiervoor is de gebruiker/ het reinigingspersoneel verantwoordelijk.

Opmerking

Actuele informatie over de reiniging en sterilisatie en de materiaalcompatibiliteit kan worden gevonden op de B. Braun eIFU site eifu.bbraun.com

De gevalideerde stoomsterilisatieprocedure is uitgevoerd in het steriele containersysteem van AESCULAP.

3.2 Levensduur

Materialen voor herbruikbare chirurgische instrumenten worden over het algemeen zo gekozen dat ze geschikt zijn voor herhaalde verwerking. Opgemerkt moet echter worden dat elke mechanische, chemische en thermische behandeling kan leiden tot spanning en dus tot veroudering van het materiaal.

De levensduur van het product is beperkt door beschadiging, normale slijtage, type en duur van het gebruik, evenals hantering, opslag en transport van het product.

Indicatoren voor het einde van de levensduur van deze producten zijn tekenen van corrosie en scheuren, alsmede vervorming in de kaakzone en spanningsverlies.

Op basis van de gevalideerde procedure zijn geen effecten van het reinigen en steriliseren bekend die leiden tot schade aan het product.

Een zorgvuldige visuele en functionele inspectie vóór het volgende gebruik is de beste manier om een product te herkennen dat niet meer functioneert, zie Visuele inspectie en zie Functionele test.

3.3 Algemene informatie

Opgedroogde of vastgezette operatieresten kunnen de reiniging bemoeilijken of ineffectief maken en tot corrosie leiden. Daarom mag de tijdspanne tussen het gebruik en de voorbereiding voor verder gebruik niet langer dan 6 uur zijn en mogen er geen fixerende voorreinigingstemperaturen >45 °C noch fixerende desinfectantia (op basis van: aldehyde, alcohol) worden gebruikt.

Overdosering van neutralisatiemiddelen of basisreinigers kan chemische aantasting en/of verbleking van de laseropschriften veroorzaken bij roestvrij staal, waardoor deze visueel of machinaal onleesbaar worden.

Chloor- en chloridehoudende residuen (bijv. in operatieresten, medicijnen, zoutoplossingen, het reinigingswater, desinfectie en sterilisatie) leiden bij roestvrij staal tot corrosie (putcorrosie, spanningscorrosie) en bijgevolg tot beschadiging van de producten. Om de residuen te verwijderen is een grondige spoeling met gedemineraliseerd water en een daaropvolgende droging noodzakelijk.

Nadrogen, indien noodzakelijk.

Er mogen alleen proceschemicaliën worden ingezet, die gecontroleerd en vrijgegeven zijn (bijvoorbeeld VAH- of FDA-toelating, respectievelijk CE-markering) en door de fabrikant van de chemicaliën met het oog op de materiaalverdraagzaamheid zijn aanbevolen. Alle toepassingsrichtlijnen van de chemicaliënfabrikant moeten strikt worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan kunnen de volgende problemen optreden:

- ■ Optische verandering van het materiaal, bijv. verbleken of kleurverandering van titanium of aluminium. Bij aluminium kunnen zichtbare oppervlakteveranderingen reeds optreden bij een pH-waarde vanaf 8 in de gebruiksoplossing.
- ■ Materiële schade zoals corrosie, scheurtjes, barsten, vroegtijdige veroudering of opzetten.
- ► Gebruik voor de reiniging geen metaalborstels of andere middelen met een schurende werking die het oppervlak kunnen beschadigen, om corrosie te voorkomen.
- ► Overige gedetailleerde aanwijzingen voor een hygiënisch veilige en materiaal beschermende/waardebehoudende bewerking, zie www.a-k-i.org rubriek "AKI-Brochures", "Red brochure".

3.4 Eerste behandeling en verwijdering op de plaats van gebruik

- ► Spoel niet-zichtbare oppervlakken, indien van toepassing, bij voorkeur met gedeïoniseerd water. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een wegwerpspuit gebruiken.
- ► Zichtbare operatieresten zo grondig mogelijk met een vochtige, pluisvrije doek verwijderen.
- ► Vervoer het droge product in een afgesloten afvalbak voor reiniging en desinfectie binnen 6 uur.

3.5 Voorbereiding voor de reiniging

- ► Verwijder grove verontreinigingen door af- en doorspoelen met koud, schoon water.

3.6 Reinigen, ontsmetten en drogen

3.6.1 Productspecifieke veiligheidsinformatie voor de verwerkingsprocedure

Beschadiging of vernieling van het product door ongeschikte reinigings-/desinfectiemiddelen en/of te hoge temperaturen!

- ► Gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen die zijn voorgeschreven door de fabrikant.
- ► Volg de aanwijzingen met betrekking tot de concentratie, temperatuur en inwerkingsduur.
- ► Overschrijd de maximaal toegestane desinfectie-temperatuur van 95° C niet.

3.6.2 Gevalideerde reinigings- en desinfectieprocedure

Opmerking

Het reinigen en desinfecteren mag alleen plaatsvinden volgens de onderstaande procedures in versie V6. Deze zijn gedocumenteerd in de brochure 'Gevalideerd reinigings- en desinfectieproces' (AVA-V6) C63410. U vindt deze brochure ook op de website van B. Braun eIFU, te weten eifu.bbraun.com

Gevalideerd procedé	Korte beschrijving	Specifieke eisen
Handmatige reiniging met dompeldesinfectie	► Gebruik een geschikte reinigingsborstel. ► Gebruik een wegwerpspuit 20 ml. ► Droogfase: Gebruik een pluisvrije doek of medische perslucht. ► Reinig het product met beweegbare scharnieren als ze open staan of terwijl de scharnieren worden bewogen.	zie Handmatige reiniging en desinfectie en subhoofdstukken: ■ zie Handmatige reiniging met dompeldesinfectie
Mechanische alkalische reiniging en thermische desinfectie	► Plaats het product op een tray die geschikt is voor reiniging (ter voorkoming van het spoelen van onzichtbare locaties). ► Plaats het product op de tray met alle productverbindingen en scharnieren open.	zie Mechanische reiniging/desinfectie en subonderdelen: ■ zie Mechanisch alkalische reiniging en thermische desinfectie

3.7 Handmatige reiniging en desinfectie

3.7.1 Handmatige reiniging met dompeldesinfectie

Fase	Stap	T [°C/°F]	t [min]	Conc. [%]	Water-kwaliteit	Chemie/opmerking
I	Desinfecterende reinigen	KT (koud)	≥ 15	2	D-W	Concentraat vrij van aldehyde, fenol en QAV, pH ~ 9*
II	Tussenspoeling	KT (koud)	1	–	D-W	–
III	Desinfectie	KT (koud)	15	2	D-W	Concentraat vrij van aldehyde, fenol en QAV, pH ~ 9*
IV	Naspoelen	KT (koud)	1	–	FD-W	–
V	Drogen	KT	–	–	–	–

D-W	Water drinken
FD-W	Volledig gedemineraliseerd water (lage kiem, max10 CFU / 100 ml, evenals verontreinigd met laag endotoxinegehalte, max. 0 25 endotoxine-eenheden/ml)
KT	Kamertemperatuur
*Aanbevolen	B. Braun Stabimed fresh

Fase I
- ► Dompel het product tenminste 15 minuten volledig onder in het reinigings-/desinfectiemiddel. Zorg ervoor dat alle toegankelijke oppervlakken vochtig zijn.
- ► Reinig het product met een geschikte reinigingsborstel in de oplossing totdat er op het oppervlak geen residuen meer te bespeuren zijn.
- ► Borstel indien van toepassing niet-zichtbare oppervlakken minimaal een minuut met een geschikte reinigingsborstel.
- ► Beweeg beweegbare componenten, zoals stelschroeven, schakels, enz. tijdens het reinigen.
- ► Spoel deze componenten minimaal vijf keer grondig met behulp van een wegwerpspuit met de desinfecterende reinigingsoplossing.

Fase II
- ► Spoel alle bereikbare oppervlakken van het product grondig af onder stromend water.
- ► Beweeg tijdens het spoelen alle niet-starre delen zoals stelschroeven, scharnieren enz.
- ► Laat het restvocht voldoende afdruipen.

Fase III
- ► Dompel het product volledig onder in de desinfectieoplossing.
- ► Beweeg tijdens het spoelen alle niet-starre delen zoals stelschroeven, scharnieren enz.
- ► Het lumen moet aan het begin van de inwerktijd met een geschikte wegwerpspuit minstens 5 maal worden gespoeld. Zorg er daarbij voor dat alle toegankelijke oppervlakken bevochtigd zijn.

Fase IV
- ► Spoel het product volledig (alle bereikbare oppervlakken) af/door.
- ► Beweeg alle bewegende onderdelen, zoals stelschroeven, scharnieren enz. tijdens de eindspoeling.
- ► Spoel het lumen vervolgens minstens 5 keer af met een daarvoor geschikte wegwerpspuit.
- ► Laat het restvocht voldoende afdruipen.

Fase V
- ► Het product moet in de droogfase met geschikte hulpmiddelen (bijvoorbeeld doeken, perslucht) worden gedroogd, zie Gevalideerde reinigings- en desinfectieprocedure.

3.8 Mechanische reiniging/desinfectie

Opmerking
Het reinigings- en desinfectieapparaat moet getest en goedgekeurd zijn voor wat betreft de effectiviteit (voldoet bijv. aan EN ISO 15883).

Opmerking
Het reinigings- en desinfectieapparaat, dat voor de verwerking wordt gebruikt, moet op regelmatige tijdstippen worden nagekeken en gecontroleerd.

3.8.1 Mechanisch alkalische reiniging en thermische desinfectie

Fase	Stap	T [°C/°F]	t [min]	Water-kwaliteit	Chemie/opmerking
I	Voorspoelen	< 25/77	3	D-W	–
II	Reinigen	55/131	10	FD-W	■ Concentraat, alkalisch: – pH ≈ 13 – minder dan 5 % anionische oppervlakte-actieve stof ■ gebruikte oplossing 0,5 % – pH = 11*
III	Tussenspoeling	> 10/50	> 1	FD-W	–
IV	Thermische desinfectie	90/194	5	FD-W	–
V	Drogen	–	–	–	Conform het programma voor reinigings- en desinfectieapparaat

D-W	Water drinken
FD-W	Volledig gedemineraliseerd water (lage kiem, max10 CFU / 100 ml, evenals verontreinigd met laag endotoxinegehalte, max. 0 25 endotoxine-eenheden/ml)
*Aanbevolen	B. Braun Helimatic Cleaner alcaline

- ► Controleer de zichtbare oppervlakken op residuen na mechanische reiniging/desinfectie.
- ► Herhaal het reinigings-/desinfectieproces, indien nodig.

3.9 Inspectie

- ► Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur.
- ► Natte of vochtige producten laten drogen.
- ► Beschadigingen, tekenen van corrosie, scheuren, ontbrekende etiketten, losse of ontbrekende onderdelen, functiebeperkingen zoals spanningsverlies zijn aanwijzingen van het einde van de levensduur.

3.9.1 Visuele inspectie

- ► Controleer of alle verontreinigingen zijn verwijderd. Let hierbij vooral op pasvlakken, scharnieren, schachten, verzonken plekken, boorgroeven en de zijkanten van tanden op raspen.
- ► Als het product nog steeds vies is: Herhaal de reinigings- en desinfectieprocedure.
- ► Controleer het product op beschadigingen, bijv. isolatie, verroeste, losse, gebogen, gebroken, gebarsten, versleten, zwaar bekraste of afgebroken onderdelen.
- ► Controleer het product op ontbrekende of vervaagde opschriften.
- ► Oppervlakken op ruwe wijzigingen controleren.
- ► Controleer het product op bramen die weefsel of chirurgische handschoenen kunnen beschadigen.
- ► Product op losse of ontbrekende delen controleren.
- ► Inspecteer het product zorgvuldig: Het oppervlak van het product moet schoon zijn en vrij van tekenen van corrosie en scheuren.
- ► Controleer vooral de zone rond het gewricht en de kaak in open positie van beide kanten. Gebruik bij twijfel vergroting.
- ► Verwijder beschadigde of slecht werkende producten onmiddellijk en stuur deze naar de Technische Dienst van Aesculap, zie Technische dienst.

3.9.2 Functionele test

⚠ **VOORZICHTIG**
Beschadiging (metaalaantasting/wrijvingscorrosie) van het product door onvoldoende oliën!
- ► **Smeer bewegende delen (bijv. scharnieren, drukcomponenten en draadstangen) voorafgaand aan functietests met onderhoudsolie die geschikt is voor het betreffende sterilisatieproces (bijv. voor stoomsterilisatie: STERILIT® I oliespray JG600 of STERILIT® I druppelsmeermiddel JG598).**
- ► Controleer de werking van het product.
- ► Controleer of alle bewegende delen (bijv. scharnieren, sloten/vergrendelingen, schuifdelen enz.) goed werken.
- ► Controleer de compatibiliteit met de bijbehorende producten.
- ► Controleer de kaakzone op vervorming en spanningsverlies.
- ► Verwijder beschadigde of slecht werkende producten onmiddellijk en stuur deze naar de Technische Dienst van Aesculap, zie Technische dienst.

3.10 Verpakking

- ► Bescherm producten met fijne werkeinden op de juiste manier.
- ► Zet product met een blokkeerinrichting geopend of maximaal in de eerste blokkeerstand vast.
- ► Plaats het product in de houder of op een geschikte zeefkorf. Controleer of de positionering van dien aard is dat beschadigingen worden voorkomen.
- ► Zorg dat alle fijne werktips, messen en/of scherpe randen bedekt zijn.
- ► Verpak de bakken op de juiste wijze voor het sterilisatieproces (bijvoorbeeld in AESCULAP steriele containers).
- ► Gebruik een steriel barrièreverpakkingssysteem conform ISO 11607-1.
- ► Zorg ervoor dat de verpakking herverontreiniging van het product tijdens de opslag verhindert.

3.11 Stoomsterilisatie

Opmerking
Steriliseer instrumenten met open blokkeerinrichting of vergrendeld in de eerste blokkeertand, om breuk door spanningscorrosie te vermijden.

- ► Zorg ervoor dat alle buiten- en binnenvlakken van het product aan het sterilisatiemiddel worden blootgesteld (bijv. door het openen van ventielen en kranen).
- ► Gebruik het gevalideerd sterilisatieproces.
  - – Stoomsterilisatie met behulp van gefractioneerd vacuümproces
  - – Stoomsterilisator volgens EN 285 en gevalideerd volgens ISO 17665
  - – Toegestane sterilisatieparameters, zie onderstaande tabel
- ► Bij een gelijktijdige sterilisatie van meerdere producten in een stoomsterilisator: Controleer of de maximaal toegestane belasting volgens de specificaties van de fabrikant niet wordt overschreden.

Toegestane sterilisatieparameters

Sterilisatieproces	T [°C]	Wachttijd [min]	Droogtijd (ten minste aanbevolen) [min]
Stoomsterilisatie (gefractioneerd vacuümprocedé)	134	3 - 18	20

De sterilisatie van producten die zijn goedgekeurd bij 134 °C is toegestaan bij temperaturen tussen 134 °C en 137 °C.

3.12 Inpakken

De houdbaarheid hangt af van de kwaliteit van het verpakkingssysteem of -materiaal, de dichtheid van de afdichtingen en de bewaaromstandigheden.

- ► Bewaar steriele producten bij kamertemperatuur in een stofvrije, schone, droge en ongediertevrije omgeving.
- ► Volg de bewaarinstructies van de fabrikant van het steriele barrièresysteem.

3.13 Transport

Transport en opslag mogen de eigenschappen van het verwerkte medische hulpmiddel niet nadelig beïnvloeden.

- ► Gebruik geschikte transportsystemen en hulpmiddelen om beschadiging of herbesmetting te voorkomen.

4 Technische dienst

⚠ **VOORZICHTIG**
Modificaties aan medische technische apparatuur kunnen leiden tot verlies van garantie/garantierechten en het verlies van toepasselijke licenties.
- ► **Breng geen wijzigingen aan het product aan.**
- ► **Neem voor service en reparaties contact op met de nationale B. Braun/AESCULAP agentschap.**

Service-adressen
Aesculap Technischer Service
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 7461 95-1601
Fax: +49 7461 16-2887
E-Mail: ats@aesculap.de

5 Verwijdering

⚠ **WAARSCHUWING**
Gevaar op infectie door besmette producten!
- ► **De verwijdering of recycling van het product, de onderdelen en verpakking hiervan moet overeenkomstig de nationale voorschriften worden uitgevoerd.**

⚠ **WAARSCHUWING**
Risico op letsel als gevolg van scherpe randen en/of puntige producten!
- ► **Zorg dat bij het verwijderen of recyclen van het product, de verpakking letsel door het product voorkomt.**

Opmerking
De gebruikende instelling is verplicht het product te behandelen voordat het wordt verwijderd, zie Gevalideerd reinigings- en desinfectieproces.

- ► Gedetailleerde informatie over het afvoeren van het product is verkrijgbaar bij uw nationale B. Braun / AESCULAP/-dealer, zie Technische dienst.

TA016590 2024-12