



- Podczas przechowywania worków, należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami chemicznymi i narażeniem ich na źródła ciepła.
- Nie należy używać z ostrymi narzędziami.
- Przed użyciem należy odprowadzić powietrze, które może znajdować się w worku.
- Aby zagwarantować wykorzystanie całej pojemności worka, opróżnić go z powietrza, również podczas użytkowania.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy zawór spustowy jest dobrze zamknięty.
- Ponowne użycie worka może stwarzać ryzyko infekcji.
- Worek musi być wymieniony przed osiągnięciem maksymalnego poziomu. Mocno przymocować złącze do sondy lub adaptera penisa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

- Należy używać rękawic ochronnych.
- Wyrzucić po pierwszym użyciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

	Producent	REF	Numer katalogowy
	Data produkcji	LOT	Kod partii
	Jedno urządzenie, nie używaj ponownie		Data ważności
	Dystrybuowane przez		Przeczytaj instrukcje użytkowania
	Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w suchym miejscu
	Nie sterylne	MD	Wyrób medyczny
CE Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745			

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

POLSKI

TOREBKI NA MOCZ

PRZEZNACZENIE

- Używać tylko i wyłącznie do zbierania i opróżniania moczu.
- Nie używać jako narzędzia pomiarowego i do badań laboratoryjnych.
- Informacje o pojemności są przybliżone.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

- Przed użyciem należy sprawdzić integralność produktu oraz datę ważności (Gima nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie lub korzystanie z produktu).
- Worek musi być zawsze zawieszony na wsporniku, poniżej poziomu pęcherza moczowego, aby uniknąć cofania, w pozycji pionowej i z rurką skierowaną ku górze.
- Ten model worka do zbiórki moczu musi być zamocowany na nodze za pomocą elastycznych pasków, poniżej poziomu pęcherza moczowego, aby uniknąć cofania się moczu.
- Podczas stosowania należy unikać zgniatania, ściskania lub zwijania rurki, aby nie zakłócić przepływu moczu do worka.

REF	800160 (GIMA 28688)
	800161 (GIMA 28690)
	800162 (GIMA 28689)
	800163 (GIMA 28692)
	802220 (GIMA 28694)
	802221 (GIMA 28691)
	802222 (GIMA 28695)
	802223 (GIMA 28693)
	804257 (GIMA 28707)
	804258 (GIMA 28708)

 **TECNOCLINIC, S.A.**
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Made in Spain

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

