



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE**  
**SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ**  
**ΧΡΗΣΗΣ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-**  
**TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ**  
**FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK**

**REF B01 (GIMA 29544)**


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710.  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Utilização prevista:**

- Este produto serve para ajustar o local da fivela no cinto para fixar o transdutor fetal.

**Apresentação do produto:**

- Nome do produto: Correia fetal transdutora descartável.
- Estrutura do produto: É composto por correia elástica e fivela.

**Gama do produto:**

- É utilizado com transdutor fetal aquando da monitorização fetal da grávida, para fixar o transdutor fetal.

**Condições de utilização:**

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humidade relativa: 15% ~ 95%
- Pressão atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

**Embalagem e armazenamento:**

- A correia fetal descartável deve ser embalada individualmente, o produto embalado deve ser armazenado num ambiente sem gases corrosivos e com boa ventilação.

**Ambiente de armazém conforme indicado abaixo:**

- Temperatura: -10 °C ~ +40 °C
- Humidade relativa: ≤80%
- Pressão Atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

**Instalação/utilização:**

- Prenda uma extremidade da correia ao transdutor encaixando um dos orifícios da correia sobre o botão na parte superior do transdutor.
- Mantendo o transdutor na posição, estique a outra extremidade da correia e encaixe a correia sobre o botão, garantindo a tensão suficiente

para manter o transdutor firme em contacto com o abdómen.

- Evite esticar demais, pois isso causará desconforto desnecessário à paciente.

**Limpeza do produto:**

- Lave a correia em água morna, não esfregue a borda da correia fetal para evitar a deterioração, não exponha ao sol.

**Período de validade:**

- Período de validade: 2 anos.

**Substituir e eliminar:**

- Substituir: No caso de situações tais como, rotura, danificação do elástico, expiração da data de validade, para utilizar troque por uma correia nova.
- Eliminar: A eliminação da correia pode ser feita como o lixo normal.

**Contraindicações, precauções, advertências e declarações de prudência:**

- Contraindicações: As correias não devem ser fixadas no local de ferimento.
- Interrompa a utilização no caso de alergias ao elastano.
- Declarações de prudência: Este produto é um produto de utilização única para evitar infeções cruzadas. Leia as instruções antes de utilizar.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

