



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Utilização prevista:

- Este produto serve para ajustar o local da fivela no cinto para fixar o transdutor fetal.

Apresentação do produto:

- Nome do produto: Correia fetal transdutora reutilizável
- Estrutura do produto: É composto por correia elástica e fivela.

Gama do produto:

- É utilizado com transdutor fetal aquando da monitorização fetal da grávida, para fixar o transdutor fetal.

Condições de utilização:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humidade relativa: 15% ~ 95%
- Pressão atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Embalagem e armazenamento:

- A correia fetal deve ser embalada individualmente, o produto embalado deve ser armazenado num ambiente sem gases corrosivos e com boa ventilação.

Ambiente de armazém conforme indicado abaixo:

- Temperatura: -10 °C ~ +40 °C
- Humidade relativa: ≤80%
- Pressão Atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

Instalação/utilização:

- Prenda uma extremidade da correia ao transdutor encaixando um dos orifícios da correia sobre o botão na parte superior do transdutor.
- Mantendo o transdutor na posição, estique a outra extremidade da correia e encaixe a correia sobre o botão, garantindo a tensão suficiente

para manter o transdutor firme em contacto com o abdómen.

- Evite esticar demais, pois isso causará desconforto desnecessário à paciente.

Limpeza do produto:

- Lave a correia em água morna, não esfregue a borda da correia fetal para evitar a deterioração, não exponha ao sol.

Período de validade:

- Período de validade: 2 anos.

Substituir e eliminar:

- Substituir: No caso de situações tais como, rotura, danificação do elástico, expiração da data de validade, para utilizar troque por uma correia nova.
- Eliminar: A eliminação da correia pode ser feita como o lixo normal.

Contraindicações, precauções, advertências e declarações de prudência:

- Contraindicações: As correias não devem ser fixadas no local de ferimento.
- Interrompa a utilização no caso de alergias ao elastano.
- Declarações de prudência: Leia as instruções antes de utilizar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

