GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESSARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ΠΕΣΑΡ
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْزَجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**

Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China

REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3

SH **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Instruções de utilização

O pessário de silicone flexível é normalmente utilizado para prolapso uterino ligeiro de primeiro ou segundo grau ou procidência. Os pessários são feitos de silicone %100 de grau médico. Os pessários são concebidos para utilização numa única doente.

CUIDADO

A legislação europeia exige que um médico prescreva o dispositivo.

CONTRAINDICAÇÕES

Os pessários estão contraindicados em infeções agudas do trato genital, infeções pélvicas ou doentes não adequados.

PROCEDIMENTOS

A adaptação requer geralmente uma avaliação de vários tamanhos para determinar o tamanho adequado do pessário. O conjunto de adaptação do pessário é uma ajuda valiosa na seleção do pessário correto. Pode ser necessário um lubrificante vaginal para o conforto da doente antes da inserção do pessário. O médico pode sugerir KY jelly® ou equivalente. O médico deve determinar se a doente necessita de terapêutica com estrogénios antes de prescrever um pessário.

1. Realize um exame pélvico normal antes da adaptação e introdução de um pessário. Um exame pélvico ajuda a determinar o tamanho adequado. O pessário dobrar-se-á facilmente através dos maiores orifícios de drenagem para simplificar a inserção e a remoção. O pessário deve ser suficientemente grande para a sua indicação mas não deve causar qualquer pressão ou desconforto indevido.
2. Comprima o pessário e insira-o suavemente através do introito. Depois de o pessário ter passado pelo introito, solte o pessário comprimido para que este se expanda até à sua forma normal.
3. Mova suavemente o pessário até ao colo do útero para suportar o cistocele ou retocele e o útero. Quando estiver na posição correta, o médico deverá ser capaz de inserir um dedo examinador entre o bordo externo do pessário e a parede vaginal. Este espaçamento irá garantir o conforto da doente e reduzir o risco de necrose por pressão.
4. Uma vez no lugar, o pessário não se deve desalojar quando estiver de pé, sentada, agachada ou dobrada. Não deve ser desconfortável para a doente durante nenhuma destas atividades de rotina.

5. Se a doente for cuidar do pessário, certifique-se de que a instrui sobre a sua limpeza, inserção e remoção.
6. Diga à doente para relatar imediatamente qualquer desconforto ou dificuldade em urinar ou defecar.

REMOÇÃO, LIMPEZA E SEGUIMENTO SUGERIDO

1. Para remover o pessário, mova-o cuidadosamente para a frente, em direção ao introito. Quando o pessário estiver dentro do seu alcance, comprima-o e retire-o cuidadosamente.
2. O pessário pode ser limpo com sabão neutro e água morna. A vida útil do pessário é limitada. Examine o pessário relativamente a sinais de deterioração.
3. A relação sexual será contraindicada com o pessário colocado.
4. Discuta com a doente a importância de seguir as instruções e a duração do tempo esperado para a utilização do pessário.
5. Dentro de 24 a 48 horas, certifique-se de que a doente não é alérgica ao pessário. Examine a vagina e pergunte à doente se houve algum desconforto, irritação, pressão, sensibilidade ou corrimento vaginal involgar. Determine também se houve alguma melhoria nos sintomas pessoais.
6. Agende visitas de seguimento de acordo com as necessidades da doente e de acordo com a política local.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

SÍMBOLOS - DESCRIÇÃO

Consulte as instruções de uso		Número de lote
Fabricante		Código produto
Data de fabrico		Armazenar em local fresco e seco
O dispositivo médico está em conformidade com a Diretiva 93/42/EEC		Guardar ao abrigo da luz solar
Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Não use se o pacote estiver danificado
Representante autorizado na União Europeia		Isto é isento de látex
Data de validade		não estéril
Dispositivo descartável, não reutilizar		Importado por