



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## Dichiarazione di conformità

Data:  
25.05.2021

Noi **Metrax GmbH, Rheinwaldstr. 22, D-78628 Rottweil, Germany**  
(Nome del fabbricante e indirizzo)

dichiarano sotto la loro esclusiva responsabilità che i prodotti

Nome	Numero articolo	Numero di serie o lotto	GMDN	UDI-DI Base
PRIMEDIC ClipCharger (M250/M290)	74133	Ser.-No.74133 000100- 74133 050000	17115	++EPRIClipCharger4W

**Tipo**  
Caricatore di batterie

**Uso previsto**  
Il ClipCharger PRIMEDIC è utilizzato per caricare l'AkuPak LITE PRIMEDIC.

come forniti, sono conformi ai requisiti del regolamento **(UE) 2017/745 (MDR)**.

Classificazione secondo l'allegato VIII (UE) 2017/745 (MDR): **Classe I, secondo la regola 1**

Valutazione della conformità: **(EU) 2017/745 (MDR), Anhang IX**  
**(EU) 2017/745 (MDR), Annex IX**

Specifiche applicate/norme applicabili **EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-11:2015, EN 60601-1-12:2015**

La dichiarazione di conformità è valida fino al 25.05.2024

Rottweil, 25.05.2021  
Datum/Date

  
Tobias Mohry, Managing Director

Questa dichiarazione è conforme a DIN EN ISO/IEC 17050-1:2005