

Gebruiksaanwijzing

HEINE Classic+® en SANALON+® spatels met glasfiberverlichting

Lees voor ingebruikname van de HEINE Laryngoscoopspatel deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar hem voor later gebruik.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksdoel: Laryngoscoopspatels zijn uitsluitend te gebruiken voor endotracheale intubatie. De spatels mogen alleen gebruikt worden door personen die een opleiding hebben gevolgd voor endo-tracheale intubatie.

Voor een veilig gebruik: Alleen laryngoscoopspatels gebruiken die voorzien zijn van een groene markering. Breng de spatel in de gebruiksstand en controleer of het lampje brandt. Gebruik de laryngoscoop niet in de directe omgeving van sterke magnetische velden.

De lichtsterkte van het Laryngoscooplampje kan tijdens het gebruik snel afnemen wanneer de oplaadbare accu niet voldoende is opgeladen. Na een paar minuten aaneengesloten gebruik worden de Laryngoscoop-lampjes heet.

Voor algemene veiligheid: Om infectie-overdracht te vermijden moeten Laryngoscopen na ieder gebruik gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden. (Zie het onderhoudsvoorschrift).

Het verdient aanbeveling om bij regelmatig gebruik van Laryngoscopen, onderdelen als reserve lampjes en batterijen bij de hand te hebben.

Reinigen/desinfectie en sterilisatie

De navolgende aanbevelingen dienen opgenomen te worden in de interne reinigingsvoorschriften van het ziekenhuis of de specialistenpraktijk. Nationale richtlijnen en aanbevelingen (b.v. ten aanzien van Creuzfeldt Jacob (CJK) / varianten van Creuzfeldt Jacob (vCJK) normen en wettelijke voorschriften, dienen tevens in het proces te worden geïntegreerd. De reinigingsprocedure dient door hiertoe voldoende geschoold personeel te worden uitgevoerd.

Behandeling van de spatel na gebruik

Zichtbaar vuil dient direct na gebruik van de spatel verwijderd te worden om opdrogen en hechting aan het blad te voorkomen.

Handmatig reinigen/desinfecteren

Voor handmatig schoonmaken/desinfecteren mogen alleen middelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn toegelaten voor Fiber-Optieken en kunststoffen (alleen **SANALON +®**). De voorschriften betreffende concentratie en duur van de behandeling, dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. De Laryngoscopen dienen na behandeling met gedemineraliseerd water te worden nagespoeld.

LET OP: Niet toegelaten of foutief gebruikte reinigings-/desinfectiemiddelen kunnen tot onherstelbare beschadiging van de spatel leiden.

Ultrason reinigen als toegevoegd procedé, is niet toegestaan !

Machinaal reinigen/desinfecteren

Laryngoscopen kunnen machinaal/thermisch gedesinfecteerd worden (≤ 93 °C). Hiervoor dienen middelen gebruikt te worden die toegelaten zijn voor roestvast staal en kunststoffen (alleen **SANALON+®**) Na behandeling meermaals naspoeien om restanten desinfecteermiddel afdoende te verwijderen. Het is raadzaam om de laatste spoelronde met gedemineraliseerd water uit te voeren.

Sterilisatie

Sterilisatie kan plaatsvinden in een autoclaaf met een zatte stoom-massa bij 134 °C/5 minuten. Spatels mogen met een verlengde tijd tot 18 minuten geautoclaveerd worden. Bij frequent en langdurig autoclaveren kan de lichtgeleiding verminderen, vooral bij onvoldoende stoomvulling. Controle hierop dient regelmatig plaats te vinden. Gas-Plasma-sterilisatie is voor de **HEINE Classic+®** mogelijk.

Voldoen aan de normen: EN ISO 7376

Garantiebepalingen

Voor laryngoscoopspatels verlenen wij garantie gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum, of max. 4000 autoclaveercycli bij een standaard-instelling van 134 °C / 5 min. Deze garantie geldt voor een goed functioneren bij normaal gebruik volgens de voorschriften en adviezen in de gebruiksaanwijzing. Gedurende de garantieperiode worden defecten kostenloos hersteld indien deze aantoonbaar zijn ontstaan door materiaal-, productie- of constructiefouten. In geval van een garantie-aanspraak binnen de garantietermijn dient de koper aan te tonen dat het defect al direct bij ontvangst van het product aanwezig was. Deze wettelijke waarborg en garantie zijn niet van toepassing op normale gebruiksslijtage, foutief gebruik, bij gebruik van niet-originele HEINE onderdelen en toebehoren (dit geldt vooral en met name voor lampjes, daar deze voor elk HEINE-instrument speciaal zijn ontwikkeld op basis van de volgende eigenschappen: Kleurtemperatuur, levensduur, veiligheid, optische eigenschappen en lichtsterkte), tevens vervalt de garantie bij ingrepen door niet door HEINE hiertoe geautoriseerde personen, of wanneer de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd.

Elke aangebrachte aanpassing of wijziging van HEINE apparatuur met onderdelen die niet overeenkomen met de originele HEINE specificatie maakt de garantie op probleemloze werking van de apparatuur ongeldig en daarmee de aanspraak op garantie wegens een gebrekkig functioneren, voor zover dit te herleiden is tot de aangebrachte wijziging of aanpassing. Verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schade, anders dan aan het HEINE product zelf, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval van **reparatie** kunt u contact opnemen met uw leverancier, die het artikel aan ons of aan onze vertegenwoordiging kan zenden.

Köpt hos

Datum

Gekocht bij

Datum

CE 93/42/EWG/CEE/EEC