

- Gebruchs vermieden werden.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass das Ablassventil gut verschlossen ist.
 - Der Wiedergebrauch des Beutels kann zu einem Infektionsrisiko führen.
 - Der Beutel muss ausgewechselt werden, bevor der Höchstfüllstand erreicht ist.
 - Befestigen Sie den Stecker fest an die Sonde oder an das Passstück für den Penis.

ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe
- Entsorgen Sie nach dem ersten Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften.

	Hersteller		Erzeugniscode
	Herstellungsdatum		Chargennummer
	Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden		Ablaufdatum
	Vertrieben von		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Nicht steril		Medizinprodukt
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts)

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

DEUTSCH

URINBEUTEL

VERWENDUNGSZWECK

- Nur für die Urinsammlung und Urinabführung verwenden.
- Nicht als Messgerät und für Labortests verwenden.
- Die Angaben betreffend das Fassungsvermögen sind als Näherungswerte anzusehen.

GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN UND LAGERUNG

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Produktintegrität und das Verfalldatum (Gima übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt schlecht aufbewahrt und unsachgemäß verwendet wurde).
- Der Beutel muss immer an eine Halterung, unterhalb der Blase, um einen Rückfluss zu vermeiden, vertikal und mit dem Adduktionsröhrchen nach oben gedreht gehängt werden.
- Das Beinbeutel-Modell muss mit Gummibändern am Bein befestigt und unterhalb des Blasenniveaus positioniert werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.
- Während des Gebrauchs sollte der Schlauch nicht gequetscht, gepiekt oder geknickt werden, damit der Urinfluss in den Beutel nicht unterbrochen wird.
- Die Beutel dürfen nicht mit in Kontakt mit chemischen Lösungsmitteln und in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden.
- Nicht zusammen mit scharfen Werkzeugen verwenden.
- Entlassen Sie die Luft im Beutel vor der Verwendung, wenn Sie gegebenenfalls Luft im Beutellinnern bemerken sollten.
- Um die Nutzung des gesamten Fassungsvermögens des Beutels zu garantieren, sollte das Vorhandensein von Luft während des

	
GIMA 28688	800160
GIMA 28690	800161
GIMA 28689	800162
GIMA 28692	800163
GIMA 28694	802220
GIMA 28691	802221
GIMA 28695	802222
GIMA 28693	802223
GIMA 28707	804257
GIMA 28708	804258



TECNOCLINIC, S.A.
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Made in Spain



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

