


工厂打印标签示意图



技术要求:

- 1. 印刷内容以电子矢量图档为准;
- 2. 标签打印清晰、无缺印、重印, 切边整齐完整;
- 3. 产品名称: 根据实际生产填写,
口鼻罩 (YP/RT系列) 填写: Full Face Mask,
鼻罩 (YN系列) 填写: Nasal Mask
鼻枕面罩 (YP系列) 填写: Nasal pillows Mask
- 4. 型号: 根据实际生产打印产品型号, 注明示例: YP-01;
- 5. 规格: 根据实际需求打印产品规格
L\MS (规格外的△和L\MS一起打印), 组合销售的YP
不打印规格.
- 6. 处为生产批次, 注明示例: 1231008
生产批次为2023年10月第八批次;
- 7. 处为生产日期, 根据实际生产填写.
- 8. 处为使用期限, 使用期限为5年, 注明示例:
注明示例: 2023-10-15, 使用期限为2023年10月15日 (对应
的生产日期为2023年10月16日)

- 9. UDI和REF号详见面罩REF清单
- 10. 标签跳距2.5mm. 左右留边各2.5mm, 公差为2.5mm+0.5mm/-0mm.

					面罩产品标签-英意双语-A	YY05-C-B28				
							图样标记	数量	重量	比例
						S				1:1
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	PET+可打印哑膜	共 2 张			第 1 张	
设 计			视 角			yuwell 鱼跃 让科技推动生命 苏州鱼跃医疗科技有限公司				
制 图			工 艺							
审 核			版 本	A						
批 准			日 期							