



## EU-CONFORMITEITSVERKLARING

GIMA S.P.A. (Uniek registratienummer GIMA (SRN): IT-MF-000011004), met hoofdvestiging in Gessate (MI), Via Marconi 1, en statutaire zetel in Milaan, Via Tommaso Grossi 2, als fabrikant van het medisch hulpmiddel:

| Product- en handelsnaam                            | Productcode | Basic UDI-DI              |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| LIGATUURSCHAAR WC - 14 cm - voor draden 0-1 mm     | 26570       | 8023279L0104120239000004H |
| LIGATUURSCHAAR WC - 18 cm - voor draden tot 1,6 mm | 26571       |                           |
| LIGATUURSCHAAR WC - 23 cm - voor draden tot 2 mm   | 26572       |                           |
| LIGATUURSCHAAR WC - 18 cm                          | 26575       |                           |

beoogde doeleind: Knip de hechtdraden na de operatie door.

Risicoklasse I (niet-steriel), overeenkomstig de regel 1 van Bijlage VIII van Verordening (EU) 2017/745 (MDR), verklaart onder eigen aansprakelijkheid dat het betreffende hulpmiddel:

- voldoet aan de Verordening (EU) 2017/745 (MDR);
- er voor de conformiteit van het bovengenoemde medisch hulpmiddel geen Gemeenschappelijke Specificaties zijn gebruikt.

Gessate, 30/06/2026

**GIMA S.p.A.**  
De wettelijke  
vertegenwoordiger  
(Nicola Manzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Manzoni', is written over a horizontal line.