

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
MDR 2017/745

TITANOX S.r.l.

Via Canove de' Biazzi - 26038 TORRE DE' PICENARDI (CR) - Tel: 0375394065
E-mail: info@titanox.it - SRN: IT-MF-000020325

Uz savu atbildību paziņo, ka

IERĪCES AR NOSAUKUMU

"IZMEKLĒJUMU KUŠETES – NESTUVES – KRĒSLS",

Pogrupis	Bazinis UDI-DI	Kodas
IZMEKLĒJUMU KUŠETES	805930470M01LVIS8D	M600320 - M600320/B – M600340 – M600347 - M600357 - M600357/C - M600357/C/B - M600358 - M600358/B - M600358/C - M600358/CV - M600358/441 - M600360 - M600360/B – M600362 – M600363 - M630053 - T1000 - T1050 - T1070
GINEKOLOĢISKO IZMEKLĒJUMU KRĒSLI	805930470M01LVISGINJU	M600333 - M600333/B – M600343 - M600359 - M600359/B - M630054 - T2000 - T2050
DZEMDĪBU GULTAS	805930470M01LPAR6M	M600361 - M620000 - M620000/U - M620851 - M620852 - T3000
ŠŪPULIS	805930470M01CULZQ	M620030
NESTUVES (UN PIEDERUMI)	805930470M01BARY3	M620013 - M620014 - M620053 - M620055 - T6001
KRĒSLS	805930470M01POL3A	M630052 - T4000 - T4100 - T4200 - T5000

KURUS IR IZGATAVOJIS UZŅĒMUMS TITANOX S.r.l.,

**ATBILST EIROPAS REGULAS 2017/745 PAR MEDICĪNISKĀM IERĪCĒM I
PIELIKUMĀ NOTEIKTAJĀM BŪTISKAJĀM DROŠUMA UN VEIKTSPĒJAS
PRASĪBĀM.**

Tās atbilst visiem noteikumiem, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 par
medicīniskām ierīcēm, un it īpaši:

- norādītās ierīces tiek uzskatītas par I klases ierīcēm saskaņā ar Regulas (ES) 2017/745 VIII pielikuma 1. noteikumu;
- norādītās ierīces NAV MĒRINSTRUMENTI;
- norādītās ierīces NAV PAREDZĒTAS KLĪNISKIEM IZMEKLĒJUMIEM;
- norādītās ierīces NETIEK TIRGOTI STERILĀ IEPAKOJUMĀ;

Torre de' Picenardi 07.06.2024

(izdošanas vieta un datums)

TITANOX S.R.L.
26098 TORRE DE' PICENARDI
CE/P.IVA/03807330193
www.titanox.com
E-MAIL INFO@TITANOX.IT

Generāldirektors

Enrico Busatti

(pilnvarotās personas vārds un paraksts vai līdzvērtīgs zīmogs)